

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	PMH-110-Pla
		Versión	01
		Descripción	Procesos
		Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 1 de 165	

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

VIGENCIA 2024



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA

Elaborado: LISNEY SUMALAVE GARCIA Subgerente Administrativa	Fecha Inicio: 1 ENERO 2024	Vigencia Un año	Revisión: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Aprobado: SAÚL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ Gerente HLA ESE	Fecha Terminación: 31 DIC 2024		



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 2 de 165

INTRODUCCION

En reconocimiento conceptual y normativo que define el Plan de Mantenimiento Hospitalario (PMH), se entiende como la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente para garantizar las condiciones requeridas para el mantenimiento de la infraestructura física y de los equipos necesarios para el servicio de la prestación de salud y de los equipos de apoyo logístico de las actividades propias del servicio. Señalando que el PMH, garantiza el cumplimiento de los estándares de habilitación para Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), mediante el seguimiento a la programación de actividades y la previsión de contingencias que requieran intervención desde las diferentes áreas, durante la vigencia 2024.

El Plan de Mantenimiento Hospitalario, se fundamenta en los procesos que integran el conjunto de procedimientos técnicos y administrativos, que han sido diseñados bajo los conceptos legales establecidos, para la prevención de situaciones que generan daños o averías, que exijan el mantener, mejorar y restablecer la infraestructura de las Empresas Sociales del Estado.

En disposición para la dotación hospitalaria requerida para el normal funcionamiento, al momento de la atención en la prestación del servicio de salud de primer nivel, desarrollado con oportunidad, calidad y al mínimo costo, permitiendo la prolongación de la vida útil de los equipos, las instalaciones y demás sistemas, brindando condiciones económicas favorables para la administración, ante el adecuado manejo de todos los recursos hospitalarios.

El Gobierno Nacional mediante la expedición del Decreto 1769 de 1994 y su aclaratorio el Decreto 1617 de 1995 reglamentó el Artículo 189 de la Ley 100 de 1993 sobre el Mantenimiento Hospitalario. El Decreto 2174 de 1996, por el cual se organiza el Sistema de Garantía de Calidad, establece en su artículo 3 las características de la calidad, una de las cuales es la disponibilidad y suficiencia de recursos, calidad que depende en buena medida de la realización del mantenimiento hospitalario.

Por lo tanto es necesario elaborar para la vigencia 2024, el Plan de Mantenimiento Hospitalario de la ESE Hospital Local de Aguachica, llevando al cumplimiento de las normas requeridas por el gobierno y el Ministerio de Salud y Protección social el cual garantiza calidad en la prestación del servicio de atención a los pacientes.



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 3 de 165

Este plan se encuentra constituido por capítulos organizados así: el primero hace referencia a la Identificación de la ESE, realizando una descripción de la entidad, su portafolio de servicios, centros de atención o sedes ubicadas en la zona urbana o rural y su plan estratégico; en el segundo capítulo se encuentra todo lo relacionado con el mantenimiento de la infraestructura y en el tercer y último capítulo está dirigido al mantenimiento de la dotación, clasificado según sea su uso hospitalario y para el uso administrativo.

A medida que pasa el tiempo aumentan los procesos y procedimientos a implementar al interior de las empresas, que, entre otras cosas, permitirán superar permanentemente los indicadores de gestión y calidad. Durante el desarrollo de las operaciones normales en la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, se pueden presentar situaciones que alteran el normal desarrollo de las actividades, ponen en riesgo la vida de las personas, afectan la infraestructura, la imagen, la economía, el medio ambiente y generan caos incluso en las personas del entorno que no han sido afectadas, lo cual da inicio a un proceso encaminado a la elaboración de un plan de mantenimiento.

Es necesario indicar, tal como lo señala la circular externa 029 del 13 de marzo de 1997, que la responsabilidad en la elaboración de los planes de mantenimiento, recaen sobre el jefe o coordinador del servicio de mantenimiento y el Gerente de la entidad, por lo cual se deberá elaborar anualmente el plan de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación de la institución prestadora de servicios de salud. En estos se indicarán las actividades que van a ser desarrolladas, los objetos susceptibles del mantenimiento y los recursos destinados para estas, entre otras cosas. Lo anterior en cumplimiento al artículo 12 del Decreto 1769 de 1994.

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</p>	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Código</td><td style="padding: 5px;">PMH-110-Pla</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Versión</td><td style="padding: 5px;">01</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Descripción</td><td style="padding: 5px;">Procesos</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Fecha</td><td style="padding: 5px;">10-02-2017</td></tr> </table>	Código	PMH-110-Pla	Versión	01	Descripción	Procesos	Fecha	10-02-2017
Código	PMH-110-Pla									
Versión	01									
Descripción	Procesos									
Fecha	10-02-2017									
Página 4 de 165										

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. INFORMACION INSTITUCIONAL

- 1.1.1. Razón social
 - 1.1.2. Logo
 - 1.1.3. Eslogan
 - 1.1.4. Breve reseña
 - 1.1.5. Objetivo social
 - 1.1.6. Portafolio de servicios
 - 1.1.7. Centros de atención
 - 1.1.8. Misión
 - 1.1.9. Visión
 - 1.1.10. Política institucional
 - 1.1.11. Valores
 - 1.1.12. Principios
 - 1.1.13. Mapa de procesos
 - 1.1.14. Equipo de trabajo

1.2. ENFOQUE DIRECCIONAL

- 1.2.1. Plataforma estratégica
 - 1.2.2. Estrategia administrativa
 - 1.2.2.1. Gestión directiva
 - 1.2.2.2. Gestión administrativa y financiera
 - 1.2.2.3. Gestión misional – Asistencial

2. PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE LA ESE

2.1. DEFINICIÓN

2.2. CLASES DE MANTENIMIENTO

- 2.2.1. General
 - 2.2.2. Correctivo
 - 2.2.3. Preventivo
 - 2.2.4. Predictivo
 - 2.2.5. Proactivo
 - 2.2.6. Productivo total

2.3. OBJETIVOS

2.4. METAS



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 5 de 165

2.5. LÍNEAS DE ACCIÓN

2.6. ESTRATEGIAS

2.7. RECURSOS

- 2.7.1. Humanos
- 2.7.2. Físicos
- 2.7.3. Financieros

3. MANTEMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

- 3.1 Edificios e instalaciones eléctricas.
- 3.2 Redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes locales, redes de conducción de gases medicinales.
- 3.3 Áreas adyacentes a las edificaciones.

4. MANTEMIENTO DE LA DOTACION

4.1. EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

- 4.1.1. Plantas eléctricas
- 4.1.2. Equipos de lavandería y cocina
- 4.1.3. Bombas de agua
- 4.1.4. Autoclaves y equipos de esterilización
- 4.1.5. Equipos de refrigeración y aire acondicionado
- 4.1.6. Equipos de seguridad

4.2. EQUIPO BIOMÉDICO

4.3. MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y PARA USO ASISTENCIAL

- 4.3.1. Equipos de comunicación e informática
- 4.3.2. Equipo de computo
- 4.3.3. Centrales telefónicas
- 4.3.4. Equipo para el procesamiento, reproducción y transcripción de información
- 4.3.5. Todos aquellos que conformen el sistema de información hospitalario

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Código PMH-110-Pla Versión 01 Descripción Procesos Fecha 10-02-2017
Página 6 de 165		

CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES

1- INFORMACION INSTITUCIONAL

1.1. ASPECTOS GENERALES

1.1.1. RAZÓN SOCIAL:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL AGUACHICA
NIT. 824.000.785-2

1.1.2. LOGO:



Actualmente la institución no cuenta con un archivo donde se informe el significado del logo, pero algunos empleados manifiestan que su creación fue en el año 2006 y orientan el significado a razón de que durante la creación del H.L.A. (Barahoa), se fundó inicialmente con el nombre de centro materno-infantil amigo de la infancia, y que por ello el logo es representado con la imagen de tres niños con los brazos abiertos para recibir atención personificada por tres colores azul (paz interior), naranja (seguridad) y verde (vida), tres aspectos fundamentales para la prestación de servicios de salud que deben transmitir a sus afiliados.

1.1.3. ESLOGAN:

“Salud, calidad y servicio con excelencia”

Este eslogan fue escogido debido a que representa de manera integral la función de la institución en cuanto a la prestación de los servicios, que según el Acta de escogencia del nuevo eslogan de la ESE Hospital Local de Aguachica, se dio en Aguachica, Cesar a los 22 días del mes de Diciembre del año 2009 en las

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Página 7 de 165	

instalaciones de la oficina del personal de la ESE Hospital Local de Aguachica, donde se reunieron los periodistas Luis Martínez García (Ondas del Cesar), Yesid Torres Colmenares (Buturama estéreo), Nelson Avendaño Delgado (Campo Serrano Radio) y José de Dios Quintero Patiño (Periódico el Nuevo sur) con el fin de seleccionar el nuevo eslogan para la ESE Hospital Local de Aguachica. Quienes establecieron que el grupo ganador será premiado con la suma de 150.000 mil pesos en aquel entonces, asignados con los recursos del fondo del bienestar social del Hospital. Ante dicho evento, el orden de las propuestas por los grupos, quedo conformado de la siguiente manera:

1. Salud, calidad y servicio con excelencia: Grupo de auxiliares administrativos.
2. Somos un equipo comprometido: Grupo de administración.
3. La mejor opción en servicios de salud: Grupo de bacteriología.
4. Empoderamiento, salud y eficiencia: Grupo de enfermería.

1.1.4. BREVE RESEÑA:

El Hospital Local de Aguachica es una Empresa Social de Estado, de carácter público, descentralizada del orden Municipal, de naturaleza especial, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente de la Administración Municipal y autonomía administrativa, adscrito al Departamento Administrativo de Salud de Aguachica - DASA. Siendo creada mediante el Acuerdo No. 038 del 19 de diciembre de 1996, emanado por el Honorable Concejo Municipal de Aguachica, acreditando los requisitos mínimos para su creación y funcionamiento formal para la prestación de servicios de baja complejidad de atención en salud, liderando el desarrollo de los programas para la "promoción de la salud y prevención de la enfermedad".

Por cuanto fueron expuestas por la comunidad, nuevas necesidades a satisfacer en materia de salud, se hizo inevitable ampliar la cobertura de los servicios de baja complejidad a la población urbana y en la zona rural, brindando la asistencia de carácter ambulatorio, así como la habilitación de los servicios de consulta externa, laboratorio clínico, odontología, programas especiales, saneamiento ambiental, zoonosis y vacunación, que conlleva finalmente a que se implementa la atención de urgencias y de hospitalización como primer nivel de atención.

1.1.5. ACTIVIDAD ECONÓMICA – OBJETO SOCIAL:

Prestación de servicio de salud de primer nivel, haciendo énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, sensibilizando y educando a las

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



 HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA <hr/> PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Código PMH-110-Pla Versión 01 Descripción Procesos Fecha 10-02-2017
Página 8 de 165		

comunidades del municipio, para lograr el auto cuidado que permita detectar las señales de alerta y así convertirse en una población saludable.

1.1.6. PORTAFOLIO DE SERVICIOS:

Actualmente la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, presta los servicios de:

1) PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD:

Actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana.

PROTECCIÓN ESPECÍFICA: Incluye los programas de:

- Vacunación según el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones.
- Atención preventiva en salud bucal.
- Atención del parto
- Atención del recién nacido.

DETECCIÓN TEMPRANA: Incluye los programas de:

- Detección temprana de las alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (Menor 10 años).
- Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del Joven (10-29años).
- Detección temprana de las alteraciones del Embarazo.
- Detección temprana de las alteraciones del adulto mayor de 45 años cada quinquenio).
- Detección temprana del cáncer de cuello uterino esquema 1-1-3 años.
- Detección temprana del cáncer de seno mujeres de 30 -69 años.
- Detección Temprana de las alteraciones de la agudeza Visual.
- Atención en planificación familiar para hombres y mujeres.

2) ATENCIÓN AMBULATORIA: Incluye los servicios de:

- **CONSULTA EXTERNA:** En esta modalidad el Hospital ofrece los siguientes servicios:
Medicina General
Enfermería
Nutrición y Dietética
Odontología General



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 9 de 165

Psicología

➤ **SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTIVO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPEUTICA:**

En: Laboratorio Clínico
Toma de muestras de laboratorio clínico
Radiología e imágenes diagnosticas
Servicio farmacéutico
Electro diagnóstico
Terapia respiratoria
Tamización de cáncer de cuello uterino

➤ **SERVICIOS 24 HORAS:** El Hospital ofrece los siguientes servicios 24 horas diarias.

Urgencias
Hospitalización general adultos
Hospitalización general obstétrica
Maternidad
Hospitalización general pediátrica

➤ **OTROS SERVICIOS:** Adicionalmente el hospital ofrece los siguientes servicios:

Transporte asistencial básico – TAB
Atención prehospitalaria
Jornadas de salud modalidad extramural
Atención en unidad móvil terrestre

1.1.7. CENTROS DE ATENCIÓN EN SALUD:

La Empresa Social de Estado Hospital Local de Aguachica, como única Institución Pública Prestadora de Servicios de Salud de primer nivel de atención cuenta con la siguiente red de servicios.

❖ **ZONA URBANA Cuenta** con tres centros de atención en salud:

- HOSPITAL LOCAL SEDE BARAHOA
Carrera 7^a No 2-160 Barrio Barahoa
Tel: 5651854-5651845
- CENTRO DE SALUD SEDE SAN EDUARDO
Carrera 32 No 10N-97 - Tel: 5654888

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	
Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	
Página 10 de 165	

➤ CENTRO MATERNO INFANTIL SEDE IDEMA
Calle 15 No 14-30 - Tel 5655923

Señalando que la Sede Barahoa, está identificada como punto principal, en donde se encuentra el área de Urgencias y el área Administrativa de la ESE. Así mismo están como punto de servicio en promoción y prevención, la Sede San Eduardo e Idema.

❖ **ZONA RURAL**

La E.S.E. posee puestos de salud en los respectivos corregimientos, así:

Villa de San Andrés, Loma de corredor, Norean, Juncal, Buturama, Puerto Patiño, Barranca Lebrija, Campo Amalia y Santa Lucia

1.1.8. MISION:

Nuestro compromiso es la satisfacción de las necesidades de los usuarios y pacientes, mediante la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con enfoque en atención primaria; desarrollado por un equipo de talento humano altamente calificado, autónomo, responsable, estratégico, competitivo y motivado a brindar un servicio con calidad.

1.1.9. VISION:

Para el 2024, seremos líderes en la prestación del servicio de primer nivel de atención con calidad y excelencia, por medio del fortalecimiento de la red integral de salud; proyectado a brindar asistencia de mediana complejidad.

1.1.10. POLITICA INSTITUCIONAL:

Es una empresa cuyo compromiso está fundamentado en ser una organización ágil, con personal calificado, garantizando una atención integral y oportuna al usuario, sustentando su accionar en los principios de mejoramiento continuo, colaboración, oportunidad, pertinencia, eficacia, austeridad, universalidad, en el tratamiento respaldando sus servicios en la estabilidad financiera que nos permite ser una entidad competitiva y beneficiar así a nuestros usuarios; igualmente comprometidos con el cumplimiento de las directrices legales y reglamentarias enmarcadas en la política del mejoramiento continuo de nuestros procesos, infraestructura, y desarrollo

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 11 de 165

del talento humano, que nos permita lograr una organización sólida y posicionada en la comunidad, siendo reconocida por beneficio social.

1.1.11. VALORES:

La Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, establece como Valores corporativos los siguientes:

- CALIDEZ: Grado de cordialidad y afectividad que expresamos a nuestros usuarios.
- SOLIDARIDAD: Cualidad de identificar e interesarse por las necesidades de Nuestros usuarios, en la práctica de la mutua ayuda entre las personas, bajo el principio de control, participación y dirección.
- TOLERANCIA: respeto hacia ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a las propias, respetando consiguentemente, las normas de los demás y poder lograr la perfección de las cosas.
- RESPETO: Correcto proceder de acuerdo a los derechos que tienen nuestros usuarios. Es la atención y consideración para con los demás y consigo mismo, cuidando de no mellar la dignidad humana.
- LIDERAZGO: El líder es esa persona comprometida en asumir una posición de poder debido a un compromiso y convicción dentro de un ambiente de equipo.
- PRUDENCIA: es la cualidad que limita el que hacer o decir de los miembros de una sociedad permitiendo el respeto por el otro.

1.1.12. PRINCIPIOS CORPORATIVOS:

La Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, establece como principios corporativos los siguientes:

- CALIDAD: medida en que un servicio cumple con los requisitos establecidos en la norma o especificaciones técnicas solucionando los problemas de nuestros usuarios.
- ÉTICA: Conjunto de reglas generales acerca de la conducta de nuestros funcionarios, en el desempeño de sus labores.

 HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Código PMH-110-Pla Versión 01 Descripción Procesos Fecha 10-02-2017
Página 12 de 165		

- INTEGRALIDAD: es la cualidad humana que le da a quien la posee la autoridad para decidir y resolver por sí misma cuestiones vinculadas a su propio accionar.


1.1.13. MAPA DE PROCESOS:

La Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, cuenta actualmente con la definición y adopción del Mapa de Procesos Institucional, el cual está constituido bajo el marco de tres (3) Macro procesos: Estratégico, Misional y de Apoyo. En seguimiento permanente por los estándares de Control Interno y Calidad, así:

- MACRO PROCESO ESTRÁTÉGICO: Está conformado por los procesos de la alta gerencia, mediante el cual se estructuran los lineamientos que orientan los ideales de la institución, en desarrollo de las metas propuestas, en el cual se colleva a la formulación de tres etapas: Planeación Estratégica, Sistemas integrados de gestión y, por último, Evaluación, Gestión, Control y Calidad.
- MACRO PROCESO MISIONAL: Hace referencia a la razón de ser o existencia de la entidad, donde se complementan el funcionamiento institucional en el desempeño misional de la prestacional de servicio de salud de baja complejidad y la gestión humana que interviene en sus áreas de servicio de atención.
- MACRO PROCESO DE APOYO: Se encuentran incluidos todos los procesos que complementan el desarrollo institucional, como apoyo al direccionamiento estratégico y misional.

El Mapa de Procesos de la Empresa Social del Estado Hospital Local Aguachica, parte de las necesidades y expectativas del usuario y de la comunidad, al representar gráficamente una visión general del sistema organizacional de la ESE, en donde convergen los procesos y procedimientos que integran las acciones direccionaladas según los componentes requeridos dentro de la gestión administrativa, que establecen las políticas de medición, análisis y mejora continua, al clasificar y fundamentar las diferentes áreas del servicio, bajo un enfoque secuencial y organizado, con miras al desarrollo institucional, brindando los servicios de salud con calidad para la satisfacción de todos. El cual se describe así:

MAPA DE PROCESOS DLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE



AGUACHICA



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 14 de 165

1.1.14. EQUIPO DE TRABAJO:

➤ MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

ROBINSON A. MANOSALVA SALDAÑA	Presidente
ADRIANA DEL PILAR BLANCO CASELLES	Representante estamento político administrativo
JESUS ANTONIO BALLESTEROS PAEZ	Representante área administrativa
FREDY ERNESTO DITTA	Representante de asociación de usuarios
SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ	Secretario

➤ EQUIPO DE TRABAJO – ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA

LISNEY SUMALAVE GARCIA	Subgerente administrativa y financiera
ALBA ROSA GALVIS QUINTERO	Jefe de Control Interno
VICTOR RAUL FELIZOLA CUESTAS	Jefe de Gestión Humana
THANIA MILENA OLIVAR QUIN	Líder del área de Sistema
EDWARD MARTIN BLANCO QUIÑONEZ	Líder del área de Facturación
HELEN MABEL MARENCO LUQUE	Líder del área de urgencias e internación
ELIZABETH GOMEZ MERCADO	Líder del área de Promoción y Prevención
MARIA C. DE LA HOZ MIRANDA	Líder del área de Laboratorio
OCTAVIO PEREZ SANCHEZ	Líder del área de Odontología
JOSE DEL CARMEN QUIÑONEZ	Líder del área de Almacén

1.2. ENFOQUE DIRECCIONAL.

La Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, como única IPS pública del primer nivel de atención en salud en el municipio, ha orientado la ejecución de sus actividades, proyectos y acciones, en relación a una programación dispuesta para dar cumplimiento a los objetivos establecidos por la alta gerencia, de acuerdo a las metas propuestas y sus políticas institucionales; teniendo en cuenta promover el desarrollo social, que impulse la capacidad de satisfacción eficiente de las necesidades expuestas por la comunidad, con el propósito de mantener una mejora continua de la calidad del servicio de salud brindado. Indicando que todo ello se enmarca bajo una plataforma estratégica, ajustada a la estructura administrativa de la entidad, que orientada y consolida los lineamientos de análisis sobre el contexto institucional, que reflejan la gestión direccionalizada a la sostenibilidad financiera, en concordancia con los estándares integrados para evaluar el nivel de avance operativo alcanzado y su grado de impacto en los



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Página 15 de 165	

procesos y procedimientos de las distintas áreas de la ESE, según lo señalado por la normatividad vigente y el resultado obtenido ante las evaluaciones evidenciadas dentro de cada vigencia, según cada componente descrito en los respectivos informes rendidos de seguimiento y control, como:

- Plan de desarrollo institucional, vigencia 2020-2024.
- Modelo estándar de control interno MECI.
- Normas internacionales de información financiera NIIF.
- Plan anual de adquisiciones vigencia 2024.
- Plan de gestión gerencial, vigencia 2020-2024.

Partiendo de esta fuente de información citada, se hace indispensable para el desarrollo exitoso de la gestión administrativa en la ESE, que se efectué en primera instancia un diagnóstico estratégico de la entidad, para sustentar los planes y programas a ejecutar en cada vigencia, para posteriormente poner en marcha las estrategias administrativas establecidas, que direccionan las acciones que tienen como propósito el logro de metas y objetivos señalados por la alta gerencia.

De lo anterior se dispone de lo siguiente:

1.2.1. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO

Los procesos de seguimiento, control y medición de las acciones efectuadas en las diferentes áreas de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, tienen como propósito establecer mecanismos a nivel preventivo o correctivo en la ejecución de acciones, que permiten disponer de estándares necesarios para alcanzar el crecimiento oportuno, continuo y esperado al interior de la estructura organizacional de la entidad.

De lo cual se obtiene resultados proyectados según los planes de cumplimiento expuestos en los lineamientos administrativos, que identifican las estrategias requeridas dentro del Plan de Desarrollo Institucional, el cual ha sido constituido conforme al periodo contemplado para el desempeño Gerencial, siendo este organizado para la vigencia 2020-2024; tomándose como instrumento de apoyo medible y adaptable al contexto institucional de la ESE, en el cual se direccionan las fases de: Planeación, Formulación, Aprobación y Evaluación, que fundamentan las directrices expuestas para verificar y registrar el cumplimiento de las metas construidas por la gerencia, desde el ámbito administrativo y asistencial, con el propósito de brindar servicios con calidad y oportunidad a los usuarios de la ESE.



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 16 de 165

Señalando que en el Plan de Desarrollo Institucional, se articula los estándares dispuestos en los indicadores que reglamentan el Plan de Gestión de cada periodo evaluado, y que además con el apoyo ante la elaboración de una Matriz de análisis llamada DOFA, se identifica el estado inicial de la entidad, en relación con un diagnóstico que plantea una visión global de la institución y la proyección propuesta para cada vigencia contemplada, que fortalece el compromiso de mejora continua de los servicios ofertados, bajo el apoyo del todo el equipo de trabajo inmerso dentro de los procesos y procedimientos desarrollados, en promoción de una cultura de autoevaluación, autogestión y autocontrol, en incorporación con lo estipulado en el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE.

1.2.2. ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS

La Gerencia de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, en fortalecimiento al servicio de salud ofertado como IPS de primer nivel de atención en el municipio de Aguachica con cobertura rural, ha formulado dentro de su Plan de Desarrollo Institucional organizado para la vigencia 2020-2024, unas estrategias fundamentales para ejecutar su gestión administrativa con impacto en el área asistencial, en beneficio de la comunidad, señalando las descritas así:

1.2.2.1. DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIRECTIVA Y ESTRÁTÉGICA.

Hace referencia a los planes de mejora continua de la calidad del servicio salud prestado a un nivel de baja complejidad de atención, en articulación con las diversas áreas de la ESE, con el propósito de brindar a la comunidad, el servicio ofertado de forma oportuna y eficiente, en desarrollo de planes operativos y de autoevaluación dentro de los procesos y procedimientos direccionalizados en la ESE.

1.2.2.2. DE FORTALECIMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Corresponde a la administración adecuada de los recursos físicos y financieras, en mantenimiento de la estabilidad presupuestal, viabilidad de inversión y mejora de la infraestructura, con miras a obtener una sostenibilidad financiera, en mejoramiento de los procesos que incentiven la actualización permanente y el autocontrol, en beneficio de la imagen corporativa de la ESE.

1.2.2.3. DE GESTIÓN CLÍNICA Y ASISTENCIAL.

Atiende la razón de ser de la institución, mediante la implementación de un sistema de calidad, con énfasis en la acreditación, que garantice el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos enmarcados en la modernización estructural, que promueve el fortalecimiento de los programas ofertados dentro de la red hospitalaria de la ESE.



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 17 de 165

CAPITULO 2 PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

2.1. DEFINICION

Se entiende por mantenimiento hospitalario la actividad técnico- administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo (Artículo 7o, Decreto 1769 de 1994).

Según la circular externa 029 del 13 de marzo de 1997, se entiende por el Plan de Mantenimiento, como el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al departamento o servicio de mantenimiento de cada institución. El plan deberá incluir los objetivos, las metas, la programación de actividades, los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, necesarios para cumplir con los objetivos propios de cada institución y los mencionados en el numeral 3 de esta circular externa.

2.2. CLASES DE MANTENIMIENTO

Las operaciones de mantenimiento tienen lugar frente a la constante amenaza que implica la ocurrencia de una falla o error en un sistema, maquinaria, o equipo. Existe además una necesidad de optimizar el rendimiento de las unidades y componentes industriales (mecánicos, eléctricos, y electrónicos).

Es por ello, que el objetivo buscado del mantenimiento, es contar con instalaciones en óptimas condiciones en todo momento, para asegurar una disponibilidad total del sistema en todo su rango de funcionamiento, lo cual está basado en la carencia de errores y fallas.

El mantenimiento debe procurar un desempeño continuo y operando bajo las mejores condiciones técnicas, sin importar las condiciones externas (ruido, polvo, humedad, calor, etc.) del ambiente al cual este sometido el sistema. Además, el mantenimiento debe estar destinado a: Optimizar la producción del sistema, Reducir los costos por avería, Disminuir el gasto por nuevos equipos, y Maximizar la vida útil de los equipos.

 HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA <hr/> PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Código PMH-110-Pla Versión 01 Descripción Procesos Fecha 10-02-2017
Página 18 de 165		

Por tanto, los procedimientos de mantenimiento deben evitar las fallas, por cuanto una falla se define como la incapacidad para desarrollar un trabajo en forma adecuada o simplemente no desarrollarlo. Un equipo puede estar "fallando" pero no estar malogrado, puesto que sigue realizando sus tareas productivas, pero no las realiza con el mismo funcionamiento que un equipo en óptimas condiciones. En cambio, un equipo malogrado o averiado no podrá desarrollar faenas bajo ninguna circunstancia.

Con el propósito de unificar los conceptos y criterios técnicos sobre las diferentes actividades que se realizan para la implementación de los programas de mantenimiento y en especial para que el personal que interviene en una u otra forma en el sistema, maneje el mismo vocabulario, es pertinente definir los términos de mayor uso en las actividades de mantenimiento hospitalario.

Tipos de mantenimiento:

- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Mantenimiento predictivo

Actividades en el mantenimiento:

- Calibración
- Inspección
- Evaluación
- Apariencia
- Integridad
- Prueba de aceptación
- Limpieza
- Lubricación
- Pruebas de funcionamiento

Por todo lo anterior, según el propósito del mantenimiento en cuanto a su objetivo, se genera la división donde existen varios tipos reconocidos de operaciones de mantenimiento, los cuales están en función del momento en el tiempo en que se realizan, el objetivo particular para el cual son puestos en marcha, y en función a los recursos utilizados, clasificados y reconocidos así:



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código Versión Descripción Fecha
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Página 19 de 165

2.2.1. Mantenimiento General

Es el que nace del criterio de preservación de todos aquellos bienes o útiles que constituyen el patrimonio o elementos de desgaste en la producción. Requieren en su faz práctica de un plan lógico que tienda a minimizar aquellos factores que reducen su vida útil. Entre las tareas que se pueden realizar en este tipo de mantenimiento encontramos los ajustes, limpiezas y lubricaciones.

2.2.2. Mantenimiento Correctivo

Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento reactivo", tiene lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un error en el sistema. En este caso, si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto para recién tomar medidas de corrección de errores. Este mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias:

- Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas operativas.
- Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores se verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior.
- Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará el caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los repuestos en el momento deseado.
- La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es predecible.

2.2.3. Mantenimiento Preventivo

Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento planificado", tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los manuales técnicos.

Por todo lo anterior, presenta las siguientes características:

- Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos necesarios "a la mano".



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
Código Versión Descripción Fecha	PMH-110-Pla 01 Procesos 10-02-2017

Página 20 de 165

- Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa.
- Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos los componentes de la planta.
- Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos.
- Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva.

Este mantenimiento también consiste en intervenciones periódicas programadas con el objetivo de disminuir la cantidad de fallos aleatorios. No obstante, éstos no se eliminan totalmente. El accionar preventivo, genera nuevos costos, pero se reducen los costos de reparación, las cuales disminuyen en cantidad y complejidad.

2.2.4. Mantenimiento Predictivo

Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y eléctrica) real de la máquina examinada, mientras esta se encuentre en pleno funcionamiento, para ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros más importantes del equipo. El sustento tecnológico de este mantenimiento consiste en las aplicaciones de algoritmos matemáticos agregados a las operaciones de diagnóstico, que juntos pueden brindar información referente a las condiciones del equipo.

El mantenimiento predictivo tiene como objetivo disminuir las paradas por mantenimientos preventivos y de esta manera minimizar los costos por mantenimiento y por no producción. La implementación de este tipo de métodos requiere de una inversión en equipos, en instrumentos, y en contratación de personal calificado.

Este sistema, garantiza el mejor cumplimiento de las exigencias de mantenimiento de los últimos años dado que se logra:

- 1) Menores paradas de máquinas, ya sea por programas de paradas preventivas o por roturas aleatorias.
- 2) Mayor calidad y eficiencia de las máquinas e instalaciones
- 3) Garantiza la seguridad y la protección del medio ambiente
- 4) Reduce el tiempo de las acciones de mantenimiento.

 HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Código PMH-110-Pla Versión 01 Descripción Procesos Fecha 10-02-2017
Página 21 de 165		

2.2.5. Mantenimiento Proactivo

Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de modo tal que todos los involucrados directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento deben conocer la problemática del mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar conscientes de las actividades que se llevan a cabo para desarrollar las labores de mantenimiento. Cada individuo desde su cargo o función dentro de la organización, actuará de acuerdo a este cargo, asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo la premisa de que se debe atender las prioridades del mantenimiento en forma oportuna y eficiente.

El mantenimiento proactivo, implica contar con una planificación de operaciones, la cual debe estar incluida en el Plan Estratégico de la organización. Este mantenimiento a su vez debe brindar indicadores (informes) hacia la gerencia, respecto del progreso de las actividades, los logros, aciertos, y también errores.

2.2.6. Mantenimiento Productivo total

Se presenta como una respuesta de mantenimiento frente al avance de las teorías de calidad que proponen una nueva modalidad de participación del operario. Considerando que el mismo operario que atiende las maquinas, se ocupa del mantenimiento primario, es decir el más elemental, incluyendo limpieza a fondo y lubricación. Con el tiempo va tomando más tareas y puede hacerse responsable del equipo, lo que ha dado grandes resultados.

2.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Según la circular externa 029 del 13 de marzo de 1997, la actividad de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, tiene como objetivos generales los siguientes:

- Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza los recursos físicos del hospital.
- Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996.



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código Versión Descripción Fecha
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Página 22 de 165

- Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la inversión económica en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución.

2.4. METAS DE PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Con el presente Plan de Mantenimiento Hospitalario, se pretende obtener un mejor funcionamiento con calidad de los bienes e infraestructura de propiedad de la E.S.E., lo cual se traducirá a brindar un mejor servicio, ya que de esta manera se detectara cuáles son los equipos médicos, biomédicos y de oficina que se encuentran en buen estado y a cuales se les debe realizar un mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta que cuando sea el caso, este mantenimiento será de tipo correctivo, siendo esta última acción para determinar en qué situaciones se debe proceder a la reposición en compra de nuevos equipos para remplazar los existentes y cuando sea necesario la adecuación parcial o completa de la planta física, permitiendo optimizar el buen funcionamiento del servicio de salud.

Es por ello, que la función del Plan de Mantenimiento Hospitalario, debe considerarse como parte integral e importante de la organización, orientada al alcance de las siguientes metas, así:

- Reducir los daños y averías de los recursos físicos del Centro hospitalario.
- Mantener el funcionamiento eficiente de los recursos físicos, frente al rendimiento máximo posible de la inversión económica, en los recursos para la atención en salud, para la producción y el servicio brindado.
- Mantener los recursos humanos, físicos eficientes y eficaces con el fin de cubrir las tareas de mantenimiento hospitalario.
- Suministrar a las directivas de la institución y demás dependencias, el cronograma de mantenimiento para que estas actúen coordinadamente, de igual manera proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.

2.5. LINEAS DE ACCION

El Plan de Mantenimiento Hospitalario (PMH), se enfoca en las siguientes líneas de acción:

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co

 HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Código PMH-110-Pla Versión 01 Descripción Procesos Fecha 10-02-2017
Página 23 de 165		

- Ejecución del mantenimiento y gestión de equipamiento de la infraestructura y de la dotación.
- Actualización del inventario físico de la infraestructura y de la dotación.

2.6. ESTRATEGIAS

- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.
- Adiestramiento del personal propio en la ejecución de actividades en mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos del hospital
- Capacitación del personal en las diferentes áreas.

2.7. RECURSOS

2.7.1. Humanos

La Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica cuenta con personal Técnico- Profesional para realizar estas labores. Actualmente cuenta con un recurso humano, dentro de los cuales se cuenta el responsable del centro de gases, Ingenieros de Sistemas responsable del área de sistemas, así mismo se cuenta con técnicos encargados del área de desarrollo, soporte de sistemas y el mantenimiento y soporte técnico de los equipos informáticos del Hospital; También cuenta con contratistas responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, los equipos industrial de usos hospitalario y equipos biomédicos.

En lo que se refiere al sistema de redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y otras externas; son responsables las empresas públicas del estado que están funcionando actualmente en la ciudad o establecida por el estado mismo.

2.7.2. Físicos

Es indudable que para brindar un buen servicio de mantenimiento es necesario contar con la infraestructura adecuada en cada caso, herramientas, repuestos, y materiales que por su característica de uso en experiencias anteriores de Mantenimiento Hospitalario. Como recursos físicos necesarios para realizar un eficiente mantenimiento en los centros adscritos a la Entidad se utilizará equipos como torno, taladro, equipo de soldadura, bancos de trabajo, compresor de aire, juego de herramientas para electricidad, electrónica, equipos de mediciones mecánicas y eléctricas, mobiliario y equipos de oficina, elementos de protección



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 24 de 165

personal y un sin número de repuestos considerables que garanticen la funcionalidad de los equipos hospitalarios tanto de infraestructura y de dotación.

2.7.3. Financieros

En atención al Decreto 1769 del 5 de agosto de 1994, que su Artículo 1 regula los componente y criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, estableciendo un cinco (5%) por ciento del presupuesto total, destinado al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos y en los privados. Como también señala en su Artículo 8, que los recursos financieros destinados para el mantenimiento, solo podrán ser utilizados en la infraestructura y dotación de propiedad de la institución hospitalaria. A su vez complementa, en el Artículo 9, que, tratándose de hospitales públicos, los recursos destinados a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, serán presupuestados inicialmente para cada vigencia, con base en la apropiación total de los ingresos aprobados para la institución. Dichos recursos deberán ajustarse durante la vigencia de manera tal que, al adicionarse los ingresos totales, simultáneamente se adicionen los recursos destinados al mantenimiento.

Según lo anteriormente estipulado, el plan de mantenimiento hospitalario para la vigencia 2024 de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, se establece un cinco punto siete (5,7%) por ciento sobre el presupuesto total, equivalente a un valor estimado de **MIL DOSCIENTOS OCHEENTA Y Siete MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/L. (\$1.287.904.000)**, así:

CONCEPTO	RECURSOS INICIALES	%
1. Total de ingresos	22.715.185.000	5,7%
2. Valor de los contratos con la Nación y con las Entidades territoriales		
3. Recursos asignado a:		
3.1 Mantenimiento de la infraestructura	589.232.000	2,6
-Edificios	184.008.000	0,8
-Instalaciones físicas	184.476.000	0,8
-Sistemas de redes	40.000.000	0,2
-Áreas adyacentes	149.308.000	0,7
-Otros	31.440.000	0,1
3.2 Mantenimiento de la dotación	177.000.000	0,8

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 25 de 165

-Equipos biomédico	76.000.000	0,3
-De imágenes diagnósticas	28.000.000	0,1
-De laboratorio	17.000.000	0,1
-De terapia, tratamiento y rehabilitación	28.000.000	0,1
-Otros de diagnóstico	28.000.000	0,1
3.3 Equipos industria de uso hospitalario	347.672.000	1,5
-Plantas eléctricas	25.000.000	0,1
-Equipos de lavandería y cocina	31.224.000	0,1
-Autoclaves y esterilización	31.224.000	0,1
-Refrigeración y aire acondicionado	66.000.000	0,3
-Relacionados con servicio de apoyo	36.224.000	0,2
-Otros	158.000.000	0,7
3.4 Muebles de uso administrativo y asistencial	48.000.000	0,2
3.5 Equipos de comunicaciones e informática	126.000.000	0,6
Total	1.287.904.000	5,7

CAPITULO 3

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código Versión Descripción Fecha
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Página 26 de 165

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Para el mantenimiento del área física, se debe hacer una solicitud por escrito al encargado de mantenimiento. Inicialmente esta solicitud puede hacerla la persona que detecte la falla bien sea al encargado del área o la oficina de administración, quien procederá al diligenciamiento del formato para su respectiva gestión.

Según efectos normativos, el artículo 2 del Decreto 1769 del 5 de agosto de 1994, indica que se entiende por infraestructura hospitalaria, los edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes locales, redes de conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a las edificaciones.

3.1. EDIFICIOS E INSTALACIONES FÍSICAS.

El desarrollo de este programa, tiene como principal objetivo, coordinar efectiva y eficientemente los recursos disponibles para ofrecer un servicio de alta calidad, en el mantenimiento de la infraestructura física dirigida a la parte de la edificación de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, en consideración con la ejecución de las siguientes actividades generales de mantenimiento preventivo y correctivo, así:

- Revisión y evaluación de la infraestructura.
- Corrección de Humedad en pared y techo
- Servicio de Pintura de espacios físicos
- Trabajos de carpintería metálica y en madera
- Reparación de muebles
- Trabajos de vidrios, de mampostería, y de ornamentación
- Trabajos hidráulicos y sanitarios
- Servicio de jardinería y cerrajería

La Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, cuenta con una instalación física de dos niveles en su sede central (Barahona) y un nivel en sus dos sedes (San Eduardo e Idema), donde cuenta las áreas de: Urgencias, Maternidad, Hospitalización, Consulta externa y el área Administrativa. Considerando que en dichas áreas se encuentran inmersas los Consultorios médicos y de Odontología, Triage, Vacunación, Laboratorio, Formación, Laboratorio, Rayos X, Promoción y prevención, Saneamiento, y por supuesto las oficinas administrativas; las cuales se deben mantener en óptimas condiciones para la prestación del servicio de salud. Es por ello que la entidad requiere de adecuaciones físicas con el fin de cumplir con las necesidades de los usuarios de los servicios de salud, en este sentido se tiene

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



 HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Código PMH-110-Pla Versión 01 Descripción Procesos Fecha 10-02-2017
Página 27 de 165		

programado actividades de adecuación, mantenimiento y reorganización para la estructura, en cuanto a resane de muros y otras mejoras.

Todo esto debido al paso del tiempo y al uso de las instalaciones, se requiere anualmente pintar las sedes y puestos de salud en las zonas periféricas de la entidad, ya que muchas por el clima al que se ven enfrentadas, presentan un deterioro razonable que plantea la necesidad de programar labores de pintura con el fin de renovar el aspecto de las instalaciones y mantenerlas en buen estado. Y por lo mismo se indica, que existen áreas de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, donde por normas en salud, se exige que deban estar cubiertas por pintura epóxica para un lavado mucho más fácil, rápido e higiénico.

Por lo anterior, se describe las diferentes dependencias del área señalada, en atención a los siguientes anexos, así:

ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA – SEDE BARAHONA

ANEXO 1 – URGENCIAS

ANEXO 2 – MATERNIDAD

ANEXO 3 – HOSPITALIZACION

ANEXO 4 – SERVICIOS AMBULATORIOS

ANEXO 5 – ADMINISTRACION

ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA – SEDE SAN EDUARDO

ANEXO 6 – SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES

ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA – SEDE IDEMA

ANEXO 7 – SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES

3.2 REDES ELECTRICAS, DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES, TELEFONICAS, HIDRAULICAS Y DE VAPOR, REDES LOCALES, REDES DE CONDUCCION DE GASES MEDICINALES

El desarrollo de este programa, plantea procesos de verificación de las instalaciones eléctricas, en atención a dos fases, señalado como primera la fase de medidas o control del suministro del servicio eléctrico y la segunda que requiere la utilización de insumos para la reparación o adecuación de los puntos eléctricos y demás redes del servicio, en consideración con los equipos instalados en la ESE Hospital Local de Aguachica.

 HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Código PMH-110-Pla Versión 01 Descripción Procesos Fecha 10-02-2017
Página 28 de 165		

El programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de distribución hospitalaria, está dirigido a atender el óptimo funcionamiento de las instalaciones de redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, las hidráulicas y de vapor, así como las redes de conducción de gases medicinales, entre otros, los cuales suministran el servicio requerido para el uso adecuado de los equipos eléctricos, electrónicos, tecnológicos y médicos; en procura de evitar fugas o incidentes que corten el abastecimiento, ante la incompatibilidad de materiales, contaminación de la red, desgaste o empleo inadecuado del mismo.

Es por ello que, dentro de la estructura hospitalaria, la necesidad de contar con una adecuada instalación de redes eléctricas, informáticas y de distribución de insumos medicinales suministrados directamente al paciente, hacen que revista de importancia el oportuno servicio técnico de mantenimiento según la red a supervisar, permitiendo alcanzar los siguientes objetivos:

- Lograr que se alargue la vida útil del sistema.
- Disminuir los riesgos de manipulación, mal conexión y deterioro.
- Mantener la confiabilidad en el suministro eléctrico, de comunicación y de distribución de gases medicinales.
- Racionalizar el uso de los recursos por el mantenimiento.
- Disminuir los costos operacionales del suministro central de gases medicinales.

Por lo anterior, se describe las diferentes dependencias del área señalada, en atención a los siguientes anexos, así:

ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA
ANEXO 8 – SEDE BARAHOA – SAN EDUARDO – IDEMA

3.3. ÁREAS ADYACENTES A LAS EDIFICACIONES

Dentro del Plan de mantenimiento hospitalario que para la vigencia 2024 ha elaborado la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, se tiene en cuenta que, en sus instalaciones físicas, partiendo que existe una sede central (Barahoa) y dos sedes alternas (San Eduardo e Idema), existen áreas adyacentes a las edificaciones que hacen parte de la infraestructura de la ESE, como los jardines, parqueaderos, entradas y demás zonas que complementa la estructura física de la entidad.

Por lo anterior, se describe las diferentes dependencias del área señalada, en atención a los siguientes anexos, así:

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</p>	<h2 style="text-align: center;">PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</h2>	Código	PMH-110-Pla
		Versión	01
		Descripción	Procesos
		Fecha	10-02-2017
<h2 style="text-align: center;">PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</h2>		Página 29 de 165	

**ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA
ANEXO 9 – SEDE BARAHONA – SAN EDUARDO – IDEMA**

CAPITULO 4

MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN

Según el artículo 3 del Decreto 1769 del 5 de agosto de 1994, señala que, para efectos de la actividad de mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e informática.

4.1. EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO.

El artículo 4 del Decreto 1769 del 5 de agosto de 1994, establece que hacen parte del equipo industrial de uso hospitalario, las plantas eléctricas, los equipos de lavandería y de cocina, las bombas de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.

4.1.1. PLANTAS ELECTRICAS

Un buen programa de mantenimiento, se debe llevar control en registro a una bitácora, con el propósito de acumular datos, para poder desarrollar las actividades de servicio de mantenimiento preventivo, el cual consiste en la revisión y monitoreo del sistema en general, sustitución de filtros, cambio aceite y anticongelante, permitiendo conservar el estado funcional del sistema de emergencia y elevar su nivel de confiabilidad al momento de su desempeño.

Para garantizar un adecuado funcionamiento de la planta eléctrica se hace necesario acudir a un mantenimiento preventivo como mínimo una vez al año para que de esta manera tener la certeza que en el momento que se requiera su utilización, esta se encuentre en óptimas condiciones y poder asegurar la prestación del servicio de salud, cuando haya un corte del servicio de energía eléctrica.

4.1.2. EQUIPOS DE LAVANDERIA Y COCINA



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 30 de 165

Las unidades hospitalarias requieren de un adecuado sistema de lavandería y de cocina, que cumpla con las necesidades de atender el buen servicio de proporcionar con oportunidad, suficiencia y la asepsia requerida, siendo debidamente administrado bajo los parámetros que señala las normas de conservación y mantenimiento, en preservación de su vida útil y óptimo funcionamiento.

4.1.3.BOMBAS DE AGUA

Un programa de mantenimiento, se basa en el reconocimiento del papel clave que el operador puede jugar en la práctica del mantenimiento preventivo, pues es obvio decir que es el operador el primero en percibir signos de daños, ya sean ruidos u otra clase de anomalías en el equipo. Por este motivo el operador se encuentra en una situación que le permite tomar medidas preventivas con el objeto de evitar daños graves que de otro modo se presentarían inevitablemente. Es de importancia que los operadores adquieran buenos hábitos de operación del equipo que manejan, esto ayudará a disminuir el desgaste del equipo y el consumo de energía. Las prácticas incorrectas surgen principalmente por la falta de comprensión de los principios relativos a una operación adecuada más bien que por una actitud negligente o descuidada. En general se dice que el trabajo excesivo de mantenimiento se debe a la falta de cuidado de parte de los operadores por dar prioridad a otras obligaciones.

4.1.4.AUTOCLAVES Y EQUIPOS DE ESTERILIZACION

La autoclave es un equipo que demanda supervisión y mantenimiento preventivo permanente, debido a la gran cantidad de componentes y tecnologías que lo integran. Es por ello que se enfoca el mantenimiento hacia aquellas rutinas básicas que pueden realizar los operadores del equipo. Para realizar el mantenimiento detallado, deberán seguirse las instrucciones definidas en los manuales de servicio de los fabricantes.

El programa de mantenimiento para la autoclave, debe partir del reconocimiento como dispositivo que sirve para esterilizar material médico o de laboratorio, utilizando vapor de agua a alta presión y temperatura para ello. Por lo tanto, su buen funcionamiento radica que su utilización inactiva todos los virus y bacterias, a pesar de que se ha llegado a saber que algunos microorganismos, así como los priones, pueden soportar las temperaturas de la autoclave.

4.1.5.EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

 HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Código PMH-110-Pla Versión 01 Descripción Procesos Fecha 10-02-2017
Página 31 de 165		

Las instalaciones de sistemas de refrigeración y aire acondicionado se han incrementado en la actualidad al interior de las entidades, por lo cual se requiere de procedimientos y personal adecuado para preservar su conservación y buen funcionamiento. Es por ello, que realizar el mantenimiento de equipos de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración, se ha tomado con gran importancia, al considerar el diagnóstico del estado de operación del sistema y la aplicación de pruebas y procedimientos preestablecidos, para la definición de los trabajos de mantenimiento requeridos.

Teniendo en cuenta que, en la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, existen aires acondicionados que ya cumplieron su ciclo de vida, el cual se tienen que reemplazar y que varios de ellos se encuentran ubicados en áreas donde hay medicamentos a los cuales no se les puede interrumpir la cadena de frío, se hace necesario realizar el mantenimiento correctivo cuando haya lugar de manera inmediata, y/o buscar su reemplazo inmediato.

4.1.6. EQUIPOS DE SEGURIDAD

La labor del departamento de mantenimiento, está relacionada muy estrechamente con la prevención de accidentes y lesiones en el trabajador, ya que tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones, la maquinaria y herramienta, equipo de trabajo, lo cual permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral. Es por esto que el diseño e implementación de cualquier sistema organizativo y su posterior informatización, debe tener siempre presente el uso de los equipos de seguridad, los cuales están al servicio de unos determinados objetivos, que en su organización e información debe estar encaminada a la permanente consecución de lo siguiente:

- Optimización de la disponibilidad del equipo productivo.
- Disminución de los costos de mantenimiento.
- Optimización de los recursos humanos.
- Maximización de la vida de la máquina.

ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA

ANEXO 10 – EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

ANEXO 11 – EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

4.2 EQUIPO BIOMÉDICO

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código Versión Descripción Fecha
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Página 32 de 165

El artículo 5 del Decreto 1769 del 5 de agosto de 1994, indica que se entiende por equipo biomédico, todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas mecánicas y/o hibridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.

Cualquier Instrumento, aparato, artefacto, equipo u otro artículo, utilizado solo o en combinación incluyendo sus componentes, partes accesorios y programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, fabricado, vendido o recomendado para uso en: 1

Cualquier Instrumento, aparato, artefacto, equipo u otro artículo, utilizado solo o en combinación incluyendo sus componentes, partes accesorios y programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, fabricado, vendido o recomendado para uso en:

- Diagnóstico, control, tratamiento curativo o paliativo, alivio o compensación de una lesión o una deficiencia, o prevención de una enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus síntomas, en un ser humano.
- Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico.
- Restauración, corrección o modificación de una función fisiológica o estructura de un ser humano.
- Diagnóstico del embarazo en un ser humano.
- Cuidado de seres humanos durante el embarazo o el nacimiento. O después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido.

Para garantizar un efectivo y buen funcionamiento de todos los equipos hospitalarios y biomédicos propiedad del Hospital que se traduzcan en un mejor servicio para los usuarios en materia de salud, se requiere contratar con la respectiva calibración de los aquí lo necesitan.

Por lo anterior con relación a la actividad de mantenimiento de la dotación hospitalaria, se describe las diferentes dependencias del área señalada, en atención a los siguientes anexos, así:

ANEXO 12 – EQUIPO BIOMEDICO

4.3 MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y PARA USOS ASISTENCIALES.

 HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2	PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Código PMH-110-Pla Versión 01 Descripción Procesos Fecha 10-02-2017
Página 33 de 165		

4.3.1 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFORMATICA

El artículo 6 del Decreto 1769 del 5 de agosto de 1994, que hacen parte del equipo de comunicación e informática: el equipo de cómputo, las centrales telefónicas, los equipos de radiocomunicaciones, los equipos que permiten el procesamiento, reproducción y transcripción de información y todos aquellos que conforman el sistema de información hospitalario.

4.3.2 EQUIPO DE COMPUTO

En revisión periódica se efectúa evaluación, según el cronograma de trabajo y de actividades, que permita determinar el nivel de funcionamiento, que establezca las acciones a desarrollar, ya sean de tipo correctivo, preventivo o proceder a dar de baja, teniendo presente su obsolescencia según los avances tecnológicos.

4.3.3 CENTRALES TELEFONICAS

La Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, en atención a brindar un mejor servicio a sus usuarios, ha conformado un call center para la recepción y registro de citas médicas, de laboratorio y odontología, que además de permitir al usuario obtener su cita de forma personal, lo puede hacer por medio telefónico y que para esta vigencia implementara la aceptación de citas vía internet. Por lo tanto, se requiere incluir dentro del plan de mantenimiento hospitalario, una programación de revisión periódica de los equipos mencionados.

4.3.4 EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO, REPRODUCCION Y TRANSCRIPCION DE INFORMACION

Con fundamento en el avance tecnológico y el alto volumen de información que se maneja en toda entidad, se ha venido implementando en su uso los equipos de cómputo, los cuales el Hospital ha venido adquiriendo ante la necesidad de actualizar equipos que ya se encontraban obsoletos y en otros solo se requiere realizarle mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo a cada uno de ellos.

Por lo tanto, en el Mantenimiento Preventivo se efectuará atención general y periódica que se hace a los equipos de cómputo, para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil, a fin de prevenir fallas tanto del hardware, como del software.

Entre las principales actividades del Mantenimiento Preventivo, tenemos:

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017

Página 34 de 165

- Limpiar periódicamente los equipos
- Instalar en ellos nuevos componentes de hardware
- Mantener actualizado el antivirus que los protege
- Eliminar los Spywares que interfieren en el funcionamiento de los equipos
- Eliminar de los equipos los archivos temporales
- Desfragmentar los discos duros de los equipos
- Hacer copias de seguridad (backup) de los contenidos sensibles
- Revisar la configuración de la conectividad que permite la comunicación entre equipos y su acceso a Internet.

En cuanto al mantenimiento correctivo o "de emergencia", se realizará para solucionar fallas que se presenten tanto en el software como en el hardware. Por lo regular, el problema se presenta intempestivamente y es necesario que después de reportarlo se atienda en el menor tiempo posible, para que el computador pueda volverse a usar por parte de docentes, estudiantes u otros.

Las actividades que en este caso se llevan a cabo pueden coincidir en buena medida con las realizadas en el mantenimiento preventivo; se diferencian en que las correctivas se realizan en respuesta a un problema de funcionamiento y no como medida preventiva.

Las principales actividades de mantenimiento correctivo son:

- Formatear el disco duro
- Eliminar virus y limpiar el equipo
- Reinstalar el sistema operativo y los programas básicos de uso específico de la IE
- Instalar y configurar los controladores (drivers) apropiados para los diferentes periféricos.
- Restaurar las bases de datos
- Configurar y restaurar las conexiones de red

Por último, el tercer tipo de soporte se conoce como Mantenimiento Predictivo, siendo el menos común que los dos anteriores, y surge de la premisa que tanto el "preventivo" como el "correctivo" pueden ser muy costosos, pues en el primero se arregla lo que aún no se ha dañado y en el segundo, el arreglo se hace cuando ya el daño está hecho.

El Mantenimiento Predictivo o "basado en condiciones", busca que el mantenimiento se realice en el momento que verdaderamente se requiere. Para acertar en lo anterior es necesario hacer mediciones continuas de algunas



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
Código Versión Descripción Fecha	PMH-110-Pla 01 Procesos 10-02-2017

Página 35 de 165

variables, o conocer la vida útil promedio de algunos componentes, a fin de reemplazarlos justo antes de que fallen.

Se puede hacer mantenimiento "predictivo" a una impresora Láser cuyo "tóner" se espera dure un cierto número de impresiones. El administrador de la red, puede verificar de manera automática cuántas impresiones se han realizado y así tener listo el repuesto en el momento en que se necesite. Lo mismo sucede con los bombillos de los proyectores de video los cuales tienen determinado número de horas de vida especificadas por el fabricante; en este caso, llevar un registro del uso del equipo permitirá predecir el momento en el que su bombillo dejará de funcionar y de esta forma podrá presupuestarse y comprarse el repuesto en el momento indicado.

4.3.5 TODOS AQUELLOS QUE CONFORMEN EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO

Teniendo en cuenta la importancia del uso de las TIC y su impacto en la prestación de servicios y su optimización en los procesos administrativos, se requieren realizar labores de mantenimiento en la red de datos, de la entidad, adicionalmente se requiere la ampliación de la misma instalando veinte puntos nuevos, con el fin de dar cobertura a la sala de promoción y prevención, jurídica, contabilidad y administración.

4.3.6 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

Se hace necesario revisar las dotaciones de las oficinas administrativas del Hospital, para determinar que escritorios, sillas, entre otros se encuentran en buen estado o en un estado de deterioro notables para de esta manera realizar las reparaciones a las que haya lugar, o si es del caso tener que cambiarlos y reemplazarlos por otros de la misma calidad, pero nuevos.

Por lo anterior, se describe las diferentes dependencias del área señalada, en atención a los siguientes anexos, así:

ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA

ANEXO 13 – MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 36 de 165

VIGENCIA 2024

ANEXOS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

3.1. EDIFICIOS E INSTALACIONES FÍSICAS

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA**

SEDE BARAHONA

PROGRAMA:	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
SEDE:	BARAHONA
AREA:	<u>URGENCIAS</u>
ITEM DEL PMH:	<u>EDIFICIOS E INSTALACIONES FÍSICAS</u>



Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 37 de 165

No.	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO	RESPONSABLE
1	ADMISION	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
2	CAJA	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
3	TRIAGE	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
4	SALA DE ESPERA	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
5	STAR DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
6	CONSULTORIOS DE URGENCIAS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
7	SALA DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
8	SALAS DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 38 de 165

12	FARMACIA	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
13	PASILLOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
14	BAÑOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento

Elaborado:

LISNEY SUMALAVE GARCIA

Subgerente Administrativo

Aprobado:

SAÚL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Gerente ESE

Fecha Inicio:
1 ENERO 2024

Vigencia:
Un año

Revisión:
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

Fecha
Terminación:
31 DIC 2024

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 39 de 165

PROGRAMA: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
SEDE: BARAHOA
AREA: **MATERNIDAD**
ITEM DEL PMH: EDIFICIOS E INSTALACIONES FÍSICAS

ANEXO 2

No.	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO	RESPONSABLE
1	STAR DE ENFERMERÍA DE MATERNIDAD	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
2	CONSULTORIO DE MATERNIDAD	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
3	SALA DE ESPERA	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
4	SALA DE TRABAJO DE PARTOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
5	PASILLOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
6	BAÑOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento

Elaborado:
LISNEY SUMALAVE GARCIA

Fecha Inicio:
1 ENERO 2024

Vigencia:
Un año

Revisión:
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Subgerente Administrativo

Aprobado:
SAÚL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Fecha
Terminación:
31 DIC 2024

Gerente ESE



Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 40 de 165

PROGRAMA:	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA				
SEDE:	BARAHONA				
AREA:	<u>HOSPITALIZACION</u>				
ITEM DEL PMH:	<u>EDIFICIOS E INSTALACIONES FISICAS</u>				
No.	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO	RESPONSABLE
1	STAR DE ENFERMERÍA	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
2	SALA DE OBSERVACIÓN	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Febrero Mayo Agosto Noviembre	Mantenimiento
3	HABITACIONES	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Febrero Mayo Agosto Noviembre	Mantenimiento
4	PASILLOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Febrero Mayo Agosto Noviembre	Mantenimiento
5	BAÑOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Febrero Mayo Agosto Noviembre	Mantenimiento

Elaborado:
LISNEY SUMALAVE GARCIA

Subgerente Administrativo

Aprobado:

SAÚL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Gerente ESE

Fecha Inicio:
1 ENERO 2024

Vigencia:
Un año

Revisión:
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha
Terminación:
31 DIC 2024



Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 41 de 165

PROGRAMA: SEDE: AREA: ITEM DEL PMH:		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BARAHOA <u>SERVICIOS AMBULATORIOS</u> <u>EDIFICIOS E INSTALACIONES FÍSICAS</u>	<u>ANEXO 4</u>		
Nº	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO	RESPONSABLE
1	CAJA - FACTURACION	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
2	SALA DE ESPERA	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
3	SIAU	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
4	CENTRAL DE CITAS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
5	CONSULTORIOS MÉDICOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
6	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
7	OFICINA DE SISTEMAS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 42 de 165

8	OFICINA DE AUDITORIAS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
9	LABORATORIO CLINICO	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
10	RAYOS X	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
11	PROGRAMAS ESPECIALES	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
12	PROMOCION Y PREVENCION	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
13	VACUNACION	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
14	PASILLOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
15	BAÑOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento

Elaborado:
LISNEY SUMALAVE GARCIA
Subgerente Administrativo

Fecha Inicio:
1 ENERO 2024

Vigencia:
Un año

Revisión:
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA



Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 43 de 165

PROGRAMA: SEDE: AREA: ITEM DEL PMH:	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BARAHOA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EDIFICIOS E INSTALACIONES FISICAS				
No	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO	RESPONSABLE
1	GERENCIA	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
2	CONTROL INTERNO	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
3	RECURSOS HUMANOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
4	AUDITORIO GENERAL	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
5	FACTURACION	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
6	CARTERA	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
7	JURIDICA	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 44 de 165

8	SUBGERENCIA	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
9	CONTABILIDAD	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
10	PRESUPUESTO	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
11	SISTEMAS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
12	ALMACEN	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
13	PASILLOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
14	BAÑOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento

Elaborado:

LISNEY SUMALAVE GARCIA

Subgerente Administrativo

Aprobado:

SAÚL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Gerente ESE

Fecha Inicio:

1 ENERO 2024

Vigencia:

Un año

Revisión:

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

Fecha

Terminación:

31 DIC 2024



Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 45 de 165

PROGRAMA: SEDE: AREA: ITEM DEL PMH:	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SAN EDUARDO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES EDIFICIOS E INSTALACIONES FÍSICAS	ANEXO 6.
No.	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD
1	CAJA – FACTURACION	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.
2	ARCHIVO CENTRAL	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.
3	SALA DE ESPERA	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.
4	ENTREGA DE EXAMENES	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.
5	CONSULTORIOS MÉDICOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.
6	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo,
FRECUENCIA	TIEMPO	RESPONSABLE

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 46 de 165

		servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.			
7	CONSULTORIOS DE PROMOCION Y PREVENCION	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
8	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
9	TOMA DE CITOLOGIAS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
10	PROGRAMAS ESPECIALES	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
11	VACUNACION	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
12	SANEAMIENTO AMBIENTAL	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 47 de 165

		menor, revisión de puertas, ventanas.			
13	SALA DE CURACIONES	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
14	PASILLOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
15	BAÑOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento

Elaborado:
LISNEY SUMALAVE GARCIA
Subgerente Administrativo

Fecha Inicio:
1 ENERO 2024

Vigencia:
Un año

Revisión:
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA:	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA			
SEDE:	IDEMA			
AREA:	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES			
ITEM DEL PMH:	EDIFICIOS E INSTALACIONES FISICAS			
No.	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 48 de 165

1	CAJA - FACTURACION	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
2	ARCHIVO	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
3	SALA DE ESPERA	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
4	CONSULTORIOS MEDICOS	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
5	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
6	CONSULTORIOS DE PROMOCION Y PREVENCION	Revisión y evaluación general de infraestructura, corrección de humedad en pared y techo, servicio de pintura menor, revisión de puertas, ventanas.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
7	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO	REVISIÓN Y EVALUACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 49 de 165

		CORRECCIÓN DE HUMEDAD EN PARED Y TECHO, SERVICIO DE PINTURA MENOR, REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS.			
8	TOMA DE MUESTRAS DE CITOLOGIAS	REVISIÓN Y EVALUACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRECCIÓN DE HUMEDAD EN PARED Y TECHO, SERVICIO DE PINTURA MENOR, REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
9	PASILLOS	REVISIÓN Y EVALUACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRECCIÓN DE HUMEDAD EN PARED Y TECHO, SERVICIO DE PINTURA MENOR, REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS.	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento
10	BAÑOS	CORRECCIÓN DE FUGAS, REVISIÓN GENERAL SISTEMA SANITARIO, LAVAMANOS, CAMBIO DE GRIFERÍA Y ACCESORIOS, SERVICIO DE PINTURA MENOR, REVISIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS	Semestral	Revisión cada semestre	Mantenimiento

Elaborado:

LISNEY SUMALAVE GARCIA

Subgerente Administrativo

Aprobado:

SAÚL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Gerente ESE

Fecha Inicio:
1 ENERO 2024

Vigencia:
Un año

Revisión:
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha
Terminación:
31 DIC 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

VIGENCIA 2024

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Página 50 de 165	

ANEXOS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

3.2 REDES ELÉCTRICAS, DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES, TELEFÓNICAS, HIDRAÚLICAS Y DE VAPOR, REDES LOCALES, REDES DE CONDUCCIÓN DE GASES MEDICINALES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA

SEDES:
BARAHONA – SAN EDUARDO – IDEMA

PROGRAMA:	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA				
SEDE:	BARAHONA – SAN EDUARDO – IDEMA				
AREA:	<u>TODOS LOS SERVICIOS</u>				
	ANEXO 8				
ITEM DEL PMH:	REDES ELECTRICAS, DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES, TELEFONICAS, HIDRAULICAS Y DE VAPOR, REDES LOCALES, REDES DE CONDUCCION DE GASES MEDICINALES				
No.	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO	RESPONSABLE



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 51 de 165

1	SISTEMA REDES ELÉCTRICAS	Mantenimiento sistema de red eléctrica en general, teniendo en cuenta condiciones de seguridad tales como: deterioro, funcionamiento, operación y/o si están obsoletos, revisión general de redes, interruptores, tomas, luminarias, revisión y organización del cableado, de sulfatación de terminales, remplazo de partes como, tacos, velas balastros, cable etc.	Trimestral	Enero, Abril, Julio y Octubre	Mantenimiento
2	PLANTAS ELECTRICAS	Mantenimiento de la planta eléctrica, revisión de aceites, líquido refrigerante, carga de batería, nivel de acpm, conexiones y sistema de transferencia automática, etc.	Trimestral	Enero, Abril, Julio y Octubre	Mantenimiento
3	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y LINEAS TELEFONICAS	Mantenimiento sistema de red general de telefonía e internet, antenas de interconexión entre sedes, teniendo en cuenta condiciones de seguridad tales como: deterioro, funcionamiento, operación o si están obsoletos, revisión general del cableado, etc.	Trimestral	Enero, Abril, Julio y Octubre	Mantenimiento
4	SISTEMAS DE VOZ Y DATOS	Mantenimiento de red LAN, revisión de cableado estructurado y equipos de comunicación, Verificación de funcionamiento protección contra roedores y conductividad revisión de tonos y señales	Trimestral	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista
5	SISTEMAS REDES DE ACUEDUCTO	Revisión general de redes de sistemas aguas limpias, verificación de entradas y salidas de presión de agua, corrección fugas y mantenimiento constante al sistema.	Trimestral	Enero, Abril, Julio y Octubre	Mantenimiento
6	SISTEMA REDES DE ALCANTARILLADO	Destape de sistema alcantarillado aguas negras, destape de baños, desagües y mantenimiento	Trimestral	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 52 de 165

		del sistema alcantarillado, mantenimiento sistema de rejillas, limpieza para adecuada evacuación de aguas lluvias.			
7	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	Revisión general del almacenamiento de aguas limpias, verificación de entradas y salidas de presión de agua, corrección fugas.	Trimestral	Enero, Abril, Julio y Octubre	Mantenimiento
8	REDES DE CONDUCCIÓN DE GASES MEDICINALES	Revisión general de redes de gases medicinales, verificación de presión, entradas y salidas de conducción, y según el caso corrección fugas encontradas.	Trimestral	Enero, Abril, Julio y Octubre	Mantenimiento

Elaborado:
LISNEY SUMALAVE GARCIA
Subgerente Administrativo
Aprobado:
SAÚL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Gerente ESE

Fecha Inicio:
1 ENERO 2024
Fecha
Terminación:
31 DIC 2024

Vigencia:
Un año
Revisión:
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

VIGENCIA 2024

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 53 de 165

ANEXOS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

3.3 ÁREAS ADYACENTES A LAS EDIFICACIONES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA

SEDES:
BARAHONA – SAN EDUARDO - IDEMA

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 54 de 165

PROGRAMA:

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

SEDE:

BARAHOA - SAN EDUARDO – IDEMA

AREA:**TODOS LOS SERVICIOS****ANEXO 9****ITEM DEL PMH:****AREAS ADYACENTES A LAS EDIFICACIONES**

No.	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO	RESPONSABLE
1	CUARTO DE PLANTA ELECTRICA	Verificación de estado de techos y paredes, puertas y ventanas; limpieza y desinfección.	Semestral	Junio y Diciembre	Mantenimiento
2	CUARTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	Verificación de estado de techos y paredes, puertas y ventanas; limpieza y desinfección.	Semestral	Junio y Diciembre	Mantenimiento
3	CUARTO DE BATERIA SANITARIA	Verificación de estado de techos y paredes, puertas y ventanas; limpieza y desinfección.	Semestral	Junio y Diciembre	Mantenimiento
4	BODEGA Sede Idema	Verificación de estado de techos y paredes, puertas y ventanas; limpieza y desinfección.	Semestral	Junio y Diciembre	Mantenimiento
5	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	Limpieza y desinfección con líquidos y detergentes.	Semestral	Junio y Diciembre	Mantenimiento
6	COCINA Sede: Barahoa – San Eduardo - Idema	Verificación de estado de techos y paredes, puertas y ventanas; limpieza y desinfección.	Semestral	Junio y Diciembre	Mantenimiento
7	ENTRADA PRINCIPAL Sede: Barahoa – San Eduardo - Idema	Verificación de estado de techos y paredes, puertas y ventanas; limpieza y podada de árboles.	Semestral	Junio y Diciembre	Mantenimiento
8	PORTERIA Sede: Urgencias Barahoa	Verificación de estado de techos y paredes, puertas y ventanas; limpieza y podada de árboles.	Semestral	Junio y Diciembre	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 55 de 165

9	PARQUEADEROS Sede: Barahoa – San Eduardo – Idema	Mantenimiento general, revisión sistema de alumbrado, adecuación del área.	Semestral	Junio y Diciembre	Mantenimiento
10	PARQUEADERO DE URGENCIAS Sede Barahoa	Mantenimiento general, revisión sistema de alumbrado, adecuación del área.	Semestral	Junio y Diciembre	Mantenimiento
11	JARDIN PRINCIPAL	Revisión general aspecto físico, mantenimiento jardinería, regado etc.	Semestral	Junio y Diciembre	Mantenimiento

Elaborado:

LISNEY SUMALAVE GARCIA

Subgerente Administrativo

Aprobado:

SAÚL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Gerente ESE

Fecha Inicio:

1 ENERO 2024

Vigencia:

Un año

Revisión:

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha

Terminación:

31 DIC 2024

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 56 de 165

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

VIGENCIA 2024

ANEXOS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

4.1. EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA

SEDES:

BARAHONA – SAN EDUARDO - IDEMA

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 57 de 165

PROGRAMA:		MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN				
SEDE:		BARAHONA - SAN EDUARDO – IDEMA				
AREA:		TODOS LOS SERVICIOS				<u>ANEXO 10</u>
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:		EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO				
Descripción	Localización	Nº de Inventari o	Periodicidad	Tiempo	Responsable	Actividad
Planta eléctrica	Barahona		Semestral	Junio y Diciembre	Contratista	Verificación de cargas de voltaje, revisión de líquidos, transferencia automática y cargue de batería
Planta eléctrica – Unidad móvil	Idema		Semestral	Semestral	Contratista	Verificación de cargas de voltaje, revisión de líquidos
Estación de bombeo	Barahona		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Contratista	Revisión constante de fuga y sistema eléctrico
Central de gases	Barahona		Semestral	Junio y Diciembre	Contratista	Revisión constante de fuga, sistemas de salida de los gases a las diferentes áreas

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 58 de 165

PROGRAMA:		MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN				
SEDE:		BARAHONA - SAN EDUARDO – IDEMA				
AREA:		<u>TODOS LOS SERVICIOS</u>				ANEXO 11
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:		EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO				
Aire acondicionado de ventana Marca Daewoo de 12000BTU	Farmacia	02225	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de mini Split Marca Royal de 9000BTU	Consultorio de Maternidad-Barahona	01129	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de mini Split Marca Royal de 12000BTU	Trabajo de Partos-Barahona	00826	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 59 de 165

Aire acondicionado de mini Split Marca LG Inverter de 24000BTU	Sala de partos-Barahoa	03632	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de mini Split Marca Visivo I de 12000BTU	Consultorio Prioritaria-Barahoa	01556	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de mini Split Marca Royal de 12000BTU	Triage – Barahoa	01176	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 60 de 165

Aire acondicionado de mini Split Marca Visivo de 12000BTU	Caja de Urgencias -Barahoja	03486	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de mini Split Marca Kalley de 9000BTU	Procedimientos-Barahoja	02224	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de Split Marca Visivo de 24000BTU	Star de Urgencia-Barahoja	03566	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 61 de 165

Aire acondicionado de Split Marca Visivo de 24000BTU	Star de Urgencia-Barahoa	03039	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Samsun Inverter de 9000BTU	Consultorio #1 Urgencias -Barahoa	03069	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca LG Inverter de 9000BTU	Consultorio #2 Urgencias -Barahoa	03666	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 62 de 165

Aire acondicionado mini Split Marca Royal de 12000BTU	Laboratorio-Barahoa	01976	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado Split Marca General Electric de 24000BTU	Laboratorio-Barahoa	02055	Trimestre I	Enero, Abril, Julio y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Goldi de 9000BTU	Oficina Control Interno-Barahoa	01890	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 63 de 165

Aire acondicionado mini Split Marca Royal-12000BTU	Oficina de Calidad-Barahoa	00741	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Sillver de 12000BTU	Consultorio de Vacunas – Barahoa	01600	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca LG Inverter de 12000BTU	Oficina de Subgerencia-Barahoa	03167	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 64 de 165

Aire acondicionado mini Split Marca LG de 120000BTU	Consultorio # 3- Consulta Externa-Barahoa	00776	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca LG Inverter de 120000BTU	Servidor-Barahoa	03844	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca LG Inverter de 120000BTU	Servidor-Barahoa	03049	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 65 de 165

Aire acondicionado Split Marca Visivo de 180000BTU	Esterilización – Barahoa	01453	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado Split Marca Goldi de 240000BTU	Bodega de Vacunación- Barahoa	01786	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado Split Marca Royal de 90000BTU	Oficina de Vacunación- Barahoa	01316	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 66 de 165

Aire acondicionado mini Split Marca LG Inverter de 12000BTU	Jurídica-Barahoa	03699	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca LG Inverter de 12000BTU	Oficina de Secretaría Gerencia-Barahoa	01867	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca LG Inverter de 12000BTU	Oficina de Gerencia-Barahoa	01864	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 67 de 165

Aire acondicionado Split Marca Royal de 24000BTU	Oficina de Facturación-Barahoa	03676	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Royal de 9000BTU	Oficina de Contabilidad-Barahoa	00679	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Royal de 12000BTU	Oficina Secretaría de Recursos Humanos-Barahoa	00300	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 68 de 165

Aire acondicionado mini Split Marca Royal de 120000BTU	Oficina de Cartera-Barahoa	02240	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado SEMIINDUSTRIAL Marca Confort Star de 60000BTU	Auditorio-Barahoa	03534	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca LG de 120000BTU	Consultorio #2 Consulta Externa-Barahoa	01196	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 69 de 165

Aire acondicionado mini Split Marca LG de 12000BTU	Consultorio # 1- Consulta Externa-Barahona	01207	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split marca LG Inverter de 12000BTU	Admisión-San Eduardo	03044	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje
Aire acondicionado mini Split marca Royal de 12000BTU	Caja Consulta Externa-San Eduardo	02633	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 70 de 165

Aire acondicionado mini Split marca Royal de 9000BTU	Citología-San Eduardo	00662	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje
Aire acondicionado mini Split marca Royal de 12000BTU	Oficina Jefe Elizabeth Gómez-San Eduardo	01250	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split marca Royal de 12000BTU	Digitación -San Eduardo	03634	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 71 de 165

Aire acondicionado mini Split marca Royal de 12000BTU	Consultorio#4-San Eduardo	02293	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split marca Visivo de 12000BTU	Consultorio#3-San Eduardo	03722	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split marca Royal de 12000BTU	Consultorio#2-San Eduardo	01860	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 72 de 165

Aire acondicionado mini Split marca Confort Line de 12000BTU	Consultorio#5-San Eduardo	01277	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de ventana marca LG de 12000BTU	Odontología-San Eduardo	01089	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split marca LG Inverter de 18000BTU	Saneamiento-San Eduardo	03643	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 73 de 165

Aire acondicionado de ventana marca LG de 12000BTU	Laboratorio-San Eduardo	01006	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Royal de 12000BTU	Procedimiento-San Eduardo	01085	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de ventana Marca Samsun de 90000BTU	Archivo-San Eduardo	03894	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 74 de 165

Aire acondicionado de ventana Marca LG de 12000BTU	Vacunación-San Eduardo	02085	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Royal de 12000BTU	Consultorio#7-San Eduardo	01216	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Royal de 12000BTU	Consultorio#6-San Eduardo	01268	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 75 de 165

Aire acondicionado de ventana Marca LG de 24000BTU	Auditorio-San Eduardo	02174	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de ventana Marca LG de 12000BTU	Consultorio # 8-San Eduardo	02810	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de mini Split Marca LG Inverter de 12000BTU	Consultorio #1-San Eduardo	03043	Semestral	Marzo y Septiembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 76 de 165

Aire acondicionado de mini Split Marca Goldi de 9000BTU	Consultorio #11-San Eduardo	02445	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de mini Split Marca Royal de 12000BTU	Paiwet-San Eduardo	03863	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de ventana Marca LG-24000BTU	Almacén-Barahona	00427	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 77 de 165

Aire acondicionado de ventana Marca Samsum-18000BTU	Oficina de Laboratorio-Barahoa	00884	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado Marca Goldi mini Split de 9000BTU	Oficina Coordinación de odontología-Barahoa	00336	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de ventana Marca LG-12000BTU	Consultorio #5-Consulta Externa-Barahoa	01222	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 78 de 165

Aire acondicionado mini Split Marca Visivo de 12000BTU	Oficina de Trabajo Social-Barahoa	00342	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de ventana Marca LG-12000BTU	Consultorio # 4- Consulta Externa-Barahoa	03053	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Visivo de 12000BTU	Odontología-Barahoa	00973	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 79 de 165

Aire acondicionado mini Split Marca Royal de 12000BTU	Caja de Consulta Externa-Barahoa	00034	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Haceb de 12000BTU	Ventanilla Única-Barahoa	03125	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca LG Inverter de 9000BTU	Recursos Humanos-Barahoa	03197	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 80 de 165

Aire acondicionado mini Split Marca Milexus de 120000BTU	Oficina de Sistemas-Barahoa	00257	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado Split Marca General electric de 24000BTU	Bodega de Farmacia-Barahoa	01548	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Kalley de 120000BTU	Call Center-Barahoa	03055	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 81 de 165

Aire acondicionado mini Split Marca Visivo de 12000BTU	Oficina Jefe de Urgencias -Barahoja	03483	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Visivo de 18000BTU	RX-Barahoja	03090	Semestral	Abril, y Octubre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca LG Inverter de 12000BTU	Consultorio #1- Idema	03542	Semestral	Mayo y Noviembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 82 de 165

Aire acondicionado de ventana Marca LG de 12000BTU	Consultorio #3-Idema	02012	Semestral	Mayo y Noviembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de ventana Marca LG de 12000BTU	Odontología-Idema	02237	Semestral	Mayo y Noviembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje
Aire acondicionado de ventana Marca Samsun de 9000BTU	Consultorio #1-Corregimiento Barrancal Ebria	02358	Semestral	Junio y Diciembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 83 de 165

Aire acondicionado de mini Split Marca Visivo de 12000BTU	Consultorio# 2- Corregimiento Barrancal ebría	02357	Semestral	Junio y Diciembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado de ventana Marca LG de 12000BTU	Villa de San Andrés	02359	Semestral	Junio y Diciembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Samsun de 12000BTU	Unidad Móvil	03618	Semestral	Junio y Diciembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 84 de 165

Aire acondicionado mini Split Marca Samsun de 12000BTU	Unidad Móvil	03607	Semestral	Junio y Diciembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Aire acondicionado mini Split Marca Samsun de 12000BTU	Unidad Móvil	03143	Semestral	Junio y Diciembre	Contratista	Limpieza de los componentes eléctricos y electrónicos. Lavado de evaporadores, condensadores, drenajes y lavado de carcassas. Lubricación de piezas y rodamientos. Toma de presión del refrigerante, toma de amperaje y voltaje.
Extintor de 10Lb-solkaflan	Portería consulta externa-Barahoa	02706	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-solkaflan	Pasillo Gerencia-Barahoa	01759	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-solkaflan	Pasillo urgencias-Barahoa	01031	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-multipropósito	Portería Urgencia-Barahoa	00400	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-solkaflan	Pasillo Maternidad-Barahoa	02312	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 85 de 165

Extintor de 10Lb-solkaflan	Hospitalización-Barahoja	01758	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-multipropósito	Farmacia -Barahoja	02307	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-solkaflan	Pasillo Pediatría-Barahoja	02311	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-solkaflan	Pasillo Lavandería-Barahoja	01765	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-multipropósito	Planta eléctrica-Barahoja	02641	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 30Lb-Agua presión	Residuos Sólidos-Barahoja	02356	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb -Solkaflan	Vacunación-Barahoja	01768	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-Solkaflan	Pasillo de RX-Barahoja	02343	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-Solkaflan	Consulta externa-Barahoja	00534	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-Mulitpropósito	Oficina Almacén-Barahoja	02313	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 5Lb-Mulitpropósito	Cocina-Barahoja	02308	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor 10Lb	Portería-San Eduardo	01767	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb	Pasillo Odontología-San Eduardo	02364	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 86 de 165

Extintor de 10Lb	Pasillo Facturación-San Eduardo	02442	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb	Pasillo Vacunación-San Eduardo	02362	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb	Saneamiento-San Eduardo	03563	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb	Portería-Idema	02361	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb	Sala de Espera – Idema	02360	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb	Pasillo Consultorios-Idema	01761	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-Mulitpropósito	Barrancal ebrija	02370	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-Mulitpropósito	Buturama	02373	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-Mulitpropósito	Campo Amalia	02372	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-Mulitpropósito	Juncal	02371	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-Mulitpropósito	Loma de Corredor	02374	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-Mulitpropósito	Norean	02368	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 87 de 165

Extintor de 10Lb-Mulitpropósito	Puerto Patiño	02369	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-Mulitpropósito	Santa Lucía	02375	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor de 10Lb-Mulitpropósito	Villa de San Andrés	02376	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor del Vehículo OVV 171-5LbMultipropósito	Ambulancia Hyundai-Barahona	02805	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor del Vehículo OVV 285-5Lb Multipropósito	Ambulancia Dimax-Barahona	02804	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor del Vehículo OHX 597 -5Lb Multipropósito	Ambulancia Mazda-Barahona	02383	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor del Vehículo	Ambulancia – Barrancal ebríja	02385	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor del Vehículo	Ambulancia acuática-Barrancal ebríja	02380	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Extintor vehículo extramural	Vehículo Toyota OX-3902	02807	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 88 de 165

Extintor extramur al 2- 20Lb- Unidad móvil	Vehículo Chevrolet NPR OCH- 139	01842	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Recarga y prueba de presión.
Planta Eléctrica marca Stewar Stevenso n	Barahoja	03275	Anual	Octubre	Empresa Contratista	Cambio de aceite y cambio de filtro de ACPM, en horas especificadas por el fabricante.
Lavadora Marca Whirlpool	Lavanderí a- Barahoja	02384	Semestral	Marzo y Septiem bre	Empresa Contratista	Mantenimiento general de todas las partes del equipo.
Estufa Marca	Cocina- Barahoja	02377	Anual	Octubre	Jaime San Juan	Mantenimiento general de todas las partes del equipo.
Autoclave	Esterilizaci ón- Barahoja	01454	Semestral	Marzo y Septiem bre	Empresa Contratista	Mantenimiento general de todas las partes del equipo.
Bomba de agua marca Siemens	Llenado de tanque aéreo- Idema	02382	Anual	Octubre	Contratista	Mantenimiento general de todas las partes del equipo.
Bomba de agua marca Siemens	Bomba Principal - Barahoja	03748	Anual	Octubre	Contratista	Mantenimiento general de todas las partes del equipo.
Bomba de agua Sumergible marca Evans	Barahoja	02379	Anual	Octubre	Contratista	(Se realizan cambios, únicamente cuando se descompone la bomba; de fábrica, vienen cerradas herméticamente)
Hidrobo mba marca Pearl	Sanitarios- Barahoja	02381	Anual	Octubre	Contratista	Cambio de rodamientos.



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 89 de 165

Bomba de agua sumergible marca - Black & Decker	Idema	02386	Anual	Octubre	Contratista	(Se realizan cambios, únicamente cuando se descompone la bomba, que por fábrica, vienen cerradas herméticamente)
Bomba de Agua marca Wen	San Eduardo	02296	Anual	Octubre	Contratista	Cambio de rodamientos.
Sistema de refrigeración 1- Cuarto frío	Vacunación-Barahoa	03740	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Mantenimiento general de todas las partes del equipo.
Sistemas de Refrigeración 2 - Cuarto frío	Vacunación-Barahoa	03739	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Mantenimiento general de todas las partes del equipo.
Refrigerador horizontal marca Denmark	Vacunación-Barahoa	01749	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Contratista	Mantenimiento general de todas las partes del equipo.
Refrigerador horizontal marca Denmark	Vacunación-Barahoa	01750	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Contratista	Mantenimiento general de todas las partes del equipo.
Congelador horizontal marca Frigidaire	Vacunación-Barahoa	02366	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Contratista	Mantenimiento general de todas las partes del equipo.
Congelador vertical marca Challenger	Vacunación-Barahoa	01768	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Contratista	Mantenimiento general de todas las partes del equipo.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 90 de 165

Nevera marca ABBA	Gerencia-Barahoja	00664	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Nevera marca Haceb	Salud Pública-Barahoja	03905	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Nevera marca Centrales	Laboratorio-Barahoja	00915	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Nevera marca Centrales	Laboratorio-Barahoja	02365	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Nevera marca Centrales	Oficina de Calidad y Ambiente -Barahoja	00133	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Nevera marca Centrales	Star de Hospitalización-2do piso-Barahoja	01413	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Nevera marca Challenger	Farmacia-Barahoja	03999	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Nevera marca Philips	Star de Urgencias -Barahoja	00530	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Nevera marca Centrales	Cocina-Idema	02024	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Nevera marca Centrales	Odontología-San Eduardo	01025	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Nevera marca Centrales	Saneamiento-San Eduardo	01050	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Nevera marca Haceb	Laboratorio-San Eduardo	02097	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Nevera marca Centrales	Cocina-Barahoja	02378	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 91 de 165

Refrigerador Horizontal marca Ultra lab	Residuos peligrosos	02395	Anual	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General, Limpieza de contactos eléctricos.
Dispensador de agua marca General electric	Auditorio-Barahoa	01042	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General y limpieza de partes eléctricas.
Dispensador de agua marca Royal	Hospitalización 2do piso-Barahoa	02367	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General y limpieza de partes eléctricas.
Dispensador de agua marca General electric	Star de Urgencia-Barahoa	01671	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General y limpieza de partes eléctricas.
Dispensador de agua marca Kalley	Maternidad-Barahoa	02280	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General y limpieza de partes eléctricas.
Dispensador de Agua marca Haceb	Vacunación-Barahoa	01753	Semestral	Febrero y Agosto	Contratista	Limpieza General y limpieza de partes eléctricas.
Ventilador marca Sankey	Pediatria Urgencia-Barahoa	01500	Mensual	Segunda semana de cada mes	Contratista	Limpieza de general de las carcassas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Pediatria Urgencia-Barahoa	00601	Mensual	Segunda semana de cada mes	Contratista	Limpieza de general de las carcassas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 92 de 165

Ventilador marca Sankey	Pediatria Urgencia-Barahoa	02893	Mensual	Segunda semana de cada mes	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Pediatria Urgencia-Barahoa	00458	Mensual	Segunda semana de cada mes	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Mujeres Urgencia-Barahoa	01802	Mensual	Segunda semana de cada mes	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Mujeres Urgencia-Barahoa	01803	Mensual	Segunda semana de cada mes	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Mujeres Urgencia-Barahoa	01837	Mensual	Segunda semana de cada mes	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Hombres Urgencia-Barahoa	00576	Mensual	Segunda semana de cada mes	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Hombres Urgencia-Barahoa	02888	Mensual	Segunda semana de cada mes	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 93 de 165

Ventilador marca Sankey	Estar de enfermería Urgencia-Barahoa	02892	Mensual	Segunda semana de cada mes	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Dormitorio Laboratorio-Barahoa	03001	Trimestral I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Electrocar diograma Consulta Externa-Barahoa	00577	Trimestral I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Pasillo Citas	02943	Trimestral I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Call Center-Barahoa	02837	Trimestral I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Oficina Seguridad Industrial-Barahoa	03959	Trimestral I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Secretaría Subgerencia-Barahoa	00210	Trimestral I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 94 de 165

Ventilador marca Sankey	Portería Consulta Externa-Barahoja	02873	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca KDK	Sala de espera Consulta Externa – Barahoja	02889	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca KDK	Sala de espera Consulta Externa – Barahoja	02879	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca KDK	Sala de espera Consulta Externa – Barahoja	02890	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca KDK	Sala de espera Consulta Externa – Barahoja	02886	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Salud Pública-Barahoja	02202	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Oficina de Sistemas-Barahoja	00529	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 95 de 165

Ventilador marca Sankey	Oficina de calidad y Ambiente -Barahoja	02885	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Consultorio #1 Urgencia-Barahoja	01714	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Cosultorio #2 Urgencia-Barahoja	01831	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Triage Urgencia-Barahoja	02887	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Portería Urgencia-Barahoja	02039	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Maternidad-Barahoja	01816	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Admisiones Urgencia-Barahoja	00222	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 96 de 165

Ventilador marca Sankey	Cocina-Barahoa	03737	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samuráí	Cocina-Barahoa	03736	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samuráí	Bodega Almacén - Barahoa	03265	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca TMT	Puerperio - primer piso- Barahoa	01805	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca TMT	Puerperio – primer piso- Barahoa	01804	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca TMT	Hospitalización mujeres primer piso- Barahoa	01807	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Código Verde- Barahoa	00211	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 97 de 165

Ventilador marca TMT	Hospitalización Hombres primer piso-Barahoa	01809	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Home	Oficina Mantenimiento Sistema-Barahoa	01835	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Oficina Mantenimiento Sistema-Barahoa	01834	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Hospitalización Star de enfermería-2 do piso-Barahoa	01815	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca TMT	Pediatria 1-2 do piso-Barahoa	01810	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca TMT	Pediatria 2-2 do piso-Barahoa	01811	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca TMT	Pediatria 3-2do piso-Barahoa	01812	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 98 de 165

Ventilador marca Samurái	Mujeres 1-2do piso-Barahoja	02996	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Mujeres 1-2do piso-Barahoja	02977	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Mujeres 2-2do piso-Barahoja	03066	Trimestre I	Febrero, Mayo, Agosto, y Noviembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Portería-Idema	02036	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Pasillo Odontología-Idema	02517	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Consultorio#7-Idema	02714	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Consultorio#6-Idema	02248	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 99 de 165

Ventilador marca Sankey	Consultorio #5-Idema	02221	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Consultorio #4-Idema	02533	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samuráí	Consultorio #4-Idema	02978	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Pasillo de odontología Consulta externa-Idema	02558	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Pasillo de los Consultorios Consulta Externa-Idema	02566	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samuráí	Citología-Idema	03662	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Portería – San Eduardo	01627	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 100 de 165

Ventilador marca Samurái	Admisión-San Eduardo	02688	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Admisión-San Eduardo	02075	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Alteza	Vacunación-San Eduardo	03285	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Pasillo los Consultorios-San Eduardo	03079	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Pasillo los Consultorios-San Eduardo	03538	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Pasillo de Odontología-San Eduardo	02460	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Home	Pasillo de Odontología-San Eduardo	03540	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasa. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 101 de 165

Ventilador marca Samurái	Entrada a Procedimiento –San Eduardo	03813	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Pasillo de Citología–San Eduardo	03282	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Sala de espera–San Eduardo	03234	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Sala de espera–San Eduardo	03220	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Home	Sala de espera–San Eduardo	03092	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Home	Sala de espera–San Eduardo	03091	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Sicología –San Eduardo	03810	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcasas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 102 de 165

Ventilador marca Samurái	Cocina-San Eduardo	02995	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcchas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Alteza	Digitalización-San Eduardo	03864	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcchas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Archivo-San Eduardo	03833	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcchas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Sankey	Coordinación Saneamiento Ambiental -San Eduardo	01057	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcchas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Coordinación Saneamiento Ambiental -San Eduardo	01048	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcchas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Archivo-San Eduardo	03568	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcchas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.
Ventilador marca Samurái	Consultorio #10-San Eduardo	02997	Trimestre I	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Contratista	Limpieza de general de las carcchas. Lubricación en las partes de rodamiento, ya sean bujes o balineras.



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 103 de 165

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

VIGENCIA 2024

ANEXOS

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 104 de 165

MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN EQUIPO BIOMEDICO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA

SEDES:
BARAHONA – SAN EDUARDO - IDEMA

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 105 de 165

Descripción	Localización	Nº de Inventario	Periodicidad	Tiempo	Responsable	Actividad
Agitador	Laboratorio Clínico-Barahoa	901	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Lubricación del motor, limpieza electrónica y pruebas de desempeño.
Amalgamador	Odontología - Barahoa	981	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión del motor y pruebas de desempeño.
Amalgamador	Odontología-Sede Idema	2598	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión del motor y pruebas de desempeño.
Amalgamador	odontología - San Eduardo	1091	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión del motor y pruebas de desempeño.
Autoclave	Odontología - Barahoa	3314	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión del motor y pruebas de desempeño.
Autoclave	Odontología - Idema	2605	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión del motor y pruebas de desempeño.
Autoclave	Odontología - San Eduardo	2394	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión del motor y pruebas de desempeño.
Autoclave	Esterilización - Barahoa		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión del motor y pruebas de desempeño.
Balanza adulto con tallímetro	Consultorio # 7-Sede San Eduardo	1842	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, nivelación de la balanza, limpieza general y pruebas de desempeño.
Balanza adulto con tallímetro	Consultorio # 1-Sede San Eduardo	1886	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 106 de 165

Balanza adulto con tallímetro	Consultorio # 6-Sede San Eduardo	2046	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Balanza adulto con tallímetro	Consultorio # 2 - Sede San Eduardo	1950	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Balanza de piso adulto con tallímetro	Maternidad Obstetricia – Barahoa		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, nivelación de la balanza, limpieza general y pruebas de desempeño.
Balanza de piso mecánica adulto	Maternidad- Consultorio Barahoa	1125	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza general, ajuste a cero, y pruebas de desempeño.
Balanza digital Adulto	Hospitalización –Star de Enfermería – Barahoa		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Balanza digital adulto	Consulta Externa – Consultorio # 5 -Barahoa	1220	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento, revisión de baterías.
Balanza digital Adulto	Consulta Externa- Consultorio # 4-Barahoa	1175	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento, revisión de baterías.
Balanza digital adulto	Consulta Externa - Consultorio # 2-Barahoa	3946	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento, revisión de baterías.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 107 de 165

Balanza digital adulto	Consultorio # 4 -Sede Idema		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento, revisión de baterías.
Balanza digital adulto	Consultorio # 5 -Sede Idema	2582	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento, revisión de baterías.
Balanza digital adulto	Consultorio # 1 -Sede Idema	1672	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento, revisión de baterías.
Balanza digital adulto	Consultorio # 2 -Sede Idema	1659	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento, revisión de baterías.
Balanza digital adulto con tallímetro	Consulta Externa – Consultorio # 1-Barahoa	3977	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento, revisión de baterías.
Balanza digital con tallímetro	Consultorio #3-Sede San Eduardo	3716	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento, revisión de baterías.
Balanza Manual Adulto	Consulta Externa – Consultorio # 3-Barahoa	138	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, nivelación de la balanza, limpieza general y pruebas de desempeño.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 108 de 165

Balanza mecánica adulto	Urgencias-consultorio # 1-Barahoja	1380	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Balanza mecánica Adulto	Urgencias – Consultorio # 2-Barahoja	3221	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, nivelación de la balanza, limpieza general y pruebas de desempeño.
Balanza mecánica adulto con tallímetro	Urgencias – Star de enfermería – Barahoja	1670	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Balanza de piso digital adulto	Urgencias Triage – Barahoja	1577	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Balanza mecánica pesa bebe	Urgencias Triage – Barahoja	1570	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Balanza mecánica pesa bebe	Urgencias – Star de enfermería – Barahoja	1673	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Balanza pediátrica	Consultorio #1 -Sede Idema	1673	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Bascula adulto	Consultorio #4 -Sede Idema	3367	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Bascula adulto	Consultorio #6 -Sede Idema	1725	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, nivelación de la balanza, limpieza general y pruebas de desempeño.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 109 de 165

Bascula Adulto	Consultorio #7 -Sede Idema		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Bascula adulto	Consultorio #11 -Sede San Eduardo	2325	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Bascula adulto	Consultorio #5-Sede San Eduardo	3861	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Bascula adulto	Consultorio #4-Sede San Eduardo	1283	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Bascula adulto digital	Consultorio #10-Sede San Eduardo	2426	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento, revisión de baterías.
Báscula análoga con tallímetro	Consultorio #8-Sede San Eduardo	2069	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Bomba de Infusión	Urgencias-Procedimientos-Barahoa	1306	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, verificación de la fuente de poder, limpieza y pruebas de funcionamiento.
Cavitron	Odontología – Barahoa	987	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Pruebas de fuga, limpieza y desinfección, revisión pieza de mano.
Centrifuga	Laboratorio Clínico-Barahoa	1912	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Lubricación del motor, limpieza y desinfección, pruebas de funcionamiento.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 110 de 165

Centrifuga	Laboratorio Clínico-Barahoa	2815	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Lubricación del motor, limpieza y desinfección, pruebas de funcionamiento.
Desfibrilador	Maternidad-sala de partos -Barahoa	1605	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Empresa Contratista	Revisión general, Chequeos de los componentes eléctricos y descarga interna.
Desfibrilador	Urgencias-Procedimientos-Barahoa	3267	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Empresa Contratista	Revisión general, Chequeos de los componentes eléctricos y descarga interna.
Doppler Fetal	Urgencias Triage – Barahoa	1116	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión de las baterías, verificación del ultrasonido.
Doppler Fetal	Consultorio #4 -Sede Idema	2658	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión de las baterías, verificación del ultrasonido.
Doppler Fetal	Consultorio #2 -Sede Idema	1656	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión de las baterías, verificación del ultrasonido.
Doppler Fetal	Consultorio #2 -Sede Idema		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión de las baterías, verificación del ultrasonido.
Ecógrafo	Consultorio #7 -Sede San Eduardo	1841	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión de las baterías, verificación del ultrasonido

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 111 de 165

Electrocardiógrafo	Consulta Externa - Consultorio #3-Barahoa	3907	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión de fuente de poder, verificación de cables EKG, Revisión de la impresora y pruebas de funcionamiento.
Electrocardiógrafo	Urgencias-Procedimientos-Barahoa	3265	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión de fuente de poder, verificación de cables EKG, Revisión de la impresora y pruebas de funcionamiento.
Equipo de Órganos de pared	Urgencias-consultorio #1-Barahoa	1383	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de Órganos de pared	Urgencias Consulta prioritaria – Barahoa	1567	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de Órganos de pared	Consultorio #5 -Sede Idema	1705	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 112 de 165

Equipo de Órganos de pared	Consultorio #2 -Sede Idema	1662	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de Órganos de pared	Consultorio #8-Sede San Eduardo	1217	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de Órganos de pared	Consultorio #7-Sede San Eduardo	2137	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de Órganos de pared	Consultorio #5-Sede San Eduardo	3868	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de Órganos de pared	Consultorio #4-Sede San Eduardo	2290	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de Órganos de pared	Consultorio #3-Sede San Eduardo	2431	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 113 de 165

Equipo de órganos de pared	Maternidad-Consultorio – Barahoa	1117	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de órganos de pared	Urgencias Triage – Barahoa	1186	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de órganos de pared	Consulta Externa – Consultorio #5-Barahoa	3988	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de órganos de pared	Consultorio #4 -Sede Idema	2655	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de órganos de pared	Consultorio #6-Sede San Eduardo	1268	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de Órganos de pared	Consultorio #7 -Sede Idema	2008	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 114 de 165

Equipo de Órganos de pared	Consultorio #11 -Sede San Eduardo	2310	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de Órganos de pared	Consultorio #10 -Sede San Eduardo	1228	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de órganos de pared	Urgencias – Consultorio #2-Barahoa	3224	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de órganos de pared	Consulta Externa-Consultorio#4	1180	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de órganos de pared	Consulta Externa-Consultorio#1- Barahoa	1205	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de órganos de pared	Consulta Externa – Consultorio #3-Barahoa	779	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 115 de 165

Equipo de órganos de pared	Consulta Externa - Consultorio #2-Barahoa	1195	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipo de Órganos de pared	Consultorio #6 -Sede Idema	1733	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Equipos de órganos de pared	Consultorio #2-Sede San Eduardo	1951	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de la fuente de alimentación, limpieza y desinfección del oftalmoscopio y el otoscopio. Revisión general.
Fonendoscopio	Urgencias – Star de enfermería – Barahoa		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de las mangueras y membranas del fonendo, limpieza y desinfección de las olivas.
Fonendoscopio	Consultorio #6 -Sede Idema		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de las mangueras y membranas del fonendo, limpieza y desinfección de las olivas.
Fonendoscopio	Consultorio #5-Sede San Eduardo	3870	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de las mangueras y membranas del fonendo, limpieza y desinfección de las olivas.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 116 de 165

Fonendoscopio	Consultorio #2-Sede San Eduardo		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de las mangueras y membranas del fonendo, limpieza y desinfección de las olivas.
Fonendoscopio	Maternidad Obstetricia – Barahoa		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de las mangueras y membranas del fonendo, limpieza y desinfección de las olivas.
Fonendoscopio	Urgencias Triage – Barahoa		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de las mangueras y membranas del fonendo, limpieza y desinfección de las olivas.
Fonendoscopio	Consultorio #4 -Sede Idema		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de las mangueras y membranas del fonendo, limpieza y desinfección de las olivas.
Fonendoscopio	Consultorio #7 -Sede Idema		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de las mangueras y membranas del fonendo, limpieza y desinfección de las olivas.
Fonendoscopio	Consultorio #11 -Sede San Eduardo		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de las mangueras y membranas del fonendo, limpieza y desinfección de las olivas.
Fonendoscopio	Consultorio #7-Sede San Eduardo		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de las mangueras y membranas del fonendo, limpieza y desinfección de las olivas.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 117 de 165

Fonendoscopio pediátrico	Hospitalización –Star de Enfermería – Barahoa		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de las mangueras y membranas del fonendo, limpieza y desinfección de las olivas.
Fonendoscopio Pediátrico	Consultorio #8-Sede San Eduardo		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión de las mangueras y membranas del fonendo, limpieza y desinfección de las olivas.
Incubadora	Maternidad- Sala de Partos –Barahoa	1514	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión del estado general, revisión de la fuente de energía, revisión del sistema de calefacción, revisión de los sensores, pruebas de desempeño.
Lámpara Cielística	Urgencias – Procedimientos-Barahoa		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Verificación de fuente de energía, revisión de la campana, Revisión general.
Lámpara cuello de cisne	Consultorio #6-Sede San Eduardo	1269	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión del bombillo, y revisión general.
Lámpara de fotocurado	Odontología – Barahoa	988	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión fuente de poder, verificación de la intensidad de luz, limpieza de la fibra óptica y pruebas de funcionamiento.
Lámpara de fotocurado	odontología – San Eduardo	2386	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión fuente de poder, verificación de la intensidad de luz, limpieza de la fibra óptica y pruebas de funcionamiento.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 118 de 165

Lámpara de fotocurado	Odontología-Sede Idema	2600	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión fuente de poder, verificación de la intensidad de luz, limpieza de la fibra óptica y pruebas de funcionamiento.
Lámpara Cielítica	Consultorio #2 -Sede Idema	1661	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Verificación de fuente de energía, revisión de la campana, Revisión general.
Lámpara Cielítica	Maternidad – Sala de Partos- Barahoa	1518	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Verificación de fuente de energía, revisión de la campana, Revisión general.
Mesa de Partos	Maternidad – Sala de Partos –Barahoa	1101	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y desinfección general y lubricación de las partes móviles.
Mesa de Partos	Maternidad – Sala de Partos –Barahoa	1102	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y desinfección general y lubricación de las partes móviles.
Micro centrífuga	Laboratorio Clínico- Barahoa	1906	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Lubricación del motor, limpieza y desinfección, pruebas de funcionamiento.
Microscopio Olympus	Laboratorio Clínico- Barahoa	899	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza de los objetivos, lentes, lubricación de los tornillos macro y micro, y pruebas de funcionamiento.
Microscopio Olympus	Laboratorio Clínico- Barahoa	900	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza de los objetivos, lentes, lubricación de los tornillos macro y micro, y pruebas de funcionamiento.



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 119 de 165

Microscopio Olympus	Laboratorio Clínico-Barahoa	904	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza de los objetivos, lentes, lubricación de los tornillos micrométrico y micrométrico, y pruebas de funcionamiento, revisión de la fuente de luz.
Monitor de Signos Vitales	Maternidad Obstetricia – Barahoa	1476	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Empresa Contratista	Verificación del estado general, pruebas de funcionamiento, (SG, SPO2, NIPP,), Limpieza general, verificación del funcionamiento de la batería.
Monitor de Signos Vitales	Maternidad – sala de partos –Barahoa	1106	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Empresa Contratista	Verificación del estado general, pruebas de funcionamiento, (SG, SPO2, NIPP,), Limpieza general, verificación del funcionamiento de la batería.
Monitor de Signos Vitales	Urgencias – Procedimientos-Barahoa	3266	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Empresa Contratista	Verificación del estado general, pruebas de funcionamiento, (SG, SPO2, NIPP,), Limpieza general, verificación del funcionamiento de la batería.
Monitor Fetal	Maternidad–Obstetricia – Barahoa	1475	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	Empresa Contratista	Revisión general, revisión del ultrasonido, verificación de la impresora.
Nebulizador	Hospitalización –Star de Enfermería – Barahoa	506	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza general, revisión de filtro de aire, lubricación del motor y pruebas de funcionamiento.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 120 de 165

Pesa bebe	Consultorio #11 -Sede San Eduardo	2039	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza general, revisión de la toma de energía. Verificación de funcionamiento.
Pesa bebe análoga	Pasillo -Sede Idema	2015	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Pesa bebe análoga	Consultorio #1 -Sede Idema	2520	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Pesa bebe análoga	Consultorio #8-Sede San Eduardo		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Pesa bebe análoga	Consultorio #7-Sede San Eduardo	2147	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Pesa bebe análoga	Consultorio #6-Sede San Eduardo	2305	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Ajuste de pesas, limpieza y desinfección y pruebas de funcionamiento.
Pesa bebe digital	Maternidad-Sala de partos -Barahoja	1830	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza general, revisión de la toma de energía. Verificación de funcionamiento.
Pesa bebe digital	Urgencias – Star de enfermería – Barahoja	3461	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza general, revisión de la toma de energía. Verificación de funcionamiento.
Pesa bebe digital	Consulta Externa – Consultorio #1-Barahoja	3952	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza general, revisión de la toma de energía. Verificación de funcionamiento.
Pesa bebe digital	Consultorio #2 -Sede Idema		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza general, revisión de la toma de energía. Verificación

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 121 de 165

Pesa bebe digital	Consultorio #11 -Sede San Eduardo	2616	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza general, revisión de la toma de energía. Verificación
Pesa bebe digital	Consultorio #10 -Sede San Eduardo	1229	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza general, revisión de la toma de energía. Verificación de funcionamiento.
Pesa bebe digital	Consultorio #1-Sede San Eduardo	3233	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza general, revisión de la toma de energía. Verificación de funcionamiento.
Equipo Rayos x Fijo	Rayos x - Barahoa		Semestral	Marzo y Septiembre	Empresa Contratista	Limpieza general, revisión de la toma de energía. Verificación de funcionamiento.
Saturador de Oxigeno	Maternidad Obstetricia – Barahoa	1482	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, verificación del sensor, revisión de las baterías, pruebas de funcionamiento.
Saturador de Oxigeno	Urgencias – Star de enfermería – Barahoa	3457	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, verificación del sensor, revisión de las baterías, pruebas de funcionamiento.
Saturador de Oxigeno	Hospitalización –Star de Enfermería- Barahoa	1424	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, verificación del sensor, revisión de las baterías, pruebas de funcionamiento.
Saturador de Oxígeno	Urgencias Triage – Barahoa	1194	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Revisión general, verificación del sensor, revisión de las baterías, pruebas de funcionamiento.
Scaler	Odontología- Sede Idema	2599	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Pruebas de fuga, limpieza y desinfección, revisión pieza de mano.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 122 de 165

Succionador	Maternidad – Sala de partos -Barahoa	1105	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Limpieza de membrana de succión. Limpieza y desinfección de las mangueras y el tanque, ajuste de manómetros de succión.
Succionador	Urgencias- Procedimient os-Barahoa	3264	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Limpieza de membrana de succión. Limpieza y desinfección de las mangueras y el tanque, ajuste de manómetros de succión.
Succionador	Hospitalizaci ón -Star de Enfermería – Barahoa	1432	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Limpieza de membrana de succión. Limpieza y desinfección de las mangueras y el tanque, ajuste de manómetros de succión.
Tensiómetro Aneroides de pared	Consultorio #7 -Sede Idema	2005	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroides de pared	Consultorio #6-Sede San Eduardo	1262	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 123 de 165

Tensiómetro Aneroides con soporte móvil	Maternidad Obstetricia – Barahoa	1480	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroides con soporte móvil	Urgencias – Star de enfermería – Barahoa	3460	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroides de pared	Maternidad Obstetricia – Barahoa	1461	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroides de pared	Maternidad- Consultorio – Barahoa	1115	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroides de pared	Consulta Externa - Consultorio #2-Barahoa	3980	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroides de pared	Consultorio #4 -Sede Idema	3366	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 124 de 165

Tensiómetro Aneroide de pared	Consultorio #6 -Sede Idema	1732	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroide de pared	Consultorio #10 -Sede San Eduardo	1204	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroide de pared	Consultorio #7-Sede San Eduardo	2142	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroide de pared	Consultorio #5-Sede San Eduardo	3869	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroide de pared	Consultorio #3-Sede San Eduardo	3721	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroide de pared	Urgencias – Consultorio #2-Barahoa	3226	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 125 de 165

Tensiómetro Aneroide de pared	Consulta Externa – Consultorio #5-Barahoa	3987	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroide de pared	Consulta Externa- Consultorio#4- Barahoa	3922	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroide de pared	Consulta Externa- Consultorio#1- Barahoa	1206	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroide de pared	Consulta Externa – Consultorio #3-Barahoa	1341	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroide de pared	Consultorio #5 -Sede Idema	1707	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroide de pared	Consultorio #2 -Sede Idema	1658	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 126 de 165

Tensiómetro Aneroide de pared	Consultorio #11 -Sede San Eduardo	2157	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
tensiómetro Aneroide de pared	Consultorio #2-Sede San Eduardo	3720	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroide Pediátrico	Consulta Externa- Consultorio#4- Barahoa		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro de mercurio	Consulta Externa – Consultorio #3-Barahoa	776	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
tensiómetro manual	Consultorio #4-Sede San Eduardo		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Manual Adulto	Hospitalizació n -Star de Enfermería – Barahoa	1420	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratist a	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160
www.hospitallocalaguachica.gov.co

Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 127 de 165

Tensiómetro manual adulto	Consulta Externa – Consultorio #3-Barahoa		Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Termómetro digital	Maternidad Obstetricia – Barahoa	1483	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y verificación de la batería. Pruebas de funcionamiento, y pruebas de temperatura.
Termómetro digital	Urgencias Triage – Barahoa	1193	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y verificación de la batería. Pruebas de funcionamiento, y pruebas de temperatura.
Termómetro digital	Urgencias-consultorio #1-Barahoa	1385	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y verificación de la batería. Pruebas de funcionamiento, y pruebas de temperatura.
Termómetro digital	Urgencias – Consultorio #2-Barahoa	3225	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y verificación de la batería. Pruebas de funcionamiento, y pruebas de temperatura.
Termómetro digital	Urgencias – Star de enfermería – Barahoa	3465	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y verificación de la batería. Pruebas de funcionamiento, y pruebas de temperatura.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 128 de 165

Termómetro digital	Consultorio #4 -Sede Idema	3365	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y verificación de la batería. Pruebas de funcionamiento, y pruebas de temperatura.
Termómetro digital	Consultorio #5 -Sede Idema	3356	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y verificación de la batería. Pruebas de funcionamiento, y pruebas de temperatura.
Termómetro digital	Consultorio #7-Sede San Eduardo	2184	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y verificación de la batería. Pruebas de funcionamiento, y pruebas de temperatura.
Tensiómetro Aneroide de pared	Urgencias-consultorio #1-Barahona	1384	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.
Tensiómetro Aneroide de pared	Urgencias Triage – Barahona	1188	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Verificación de manómetro, pruebas de fuga y desempeño. Revisión de mangueras, verificación del brazalete y pera.



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 129 de 165

Unidad Odontológica	Odontología-Sede Idema	2590	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y desinfección, pruebas de fuga, lubricación pieza de alta, lubricación pieza de baja, verificación de la lámpara, verificación del sistema eléctrico, y lubricación del motor.
Unidad Odontológica	Odontología - Barahoa	986	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y desinfección, pruebas de fuga, lubricación pieza de alta, lubricación pieza de baja, verificación de la lámpara, verificación del sistema eléctrico, y lubricación del motor.
Unidad odontológica	odontología - San Eduardo	2388	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y desinfección, pruebas de fuga, lubricación pieza de alta, lubricación pieza de baja, verificación de la lámpara, verificación del sistema eléctrico, y lubricación del motor.

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 130 de 165

Unidad odontológica	odontología - San Eduardo	2389	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Empresa Contratista	Limpieza y desinfección, pruebas de fuga, lubricación pieza de alta, lubricación pieza de baja, verificación de la lámpara, verificación del sistema eléctrico, y lubricación del motor.
---------------------	---------------------------	------	------------	-----------------------------------	---------------------	--

Elaborado:

LISNEY SUMALAVE GARCIA

Subgerente Administrativo

Aprobado:

SAÚL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Gerente ESE

Fecha Inicio:

1 ENERO 2024

Vigencia:

Un año

Revisión:

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

Fecha Terminación:

31 DIC 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

VIGENCIA 2024

ANEXOS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</p>	<p>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	Código	PMH-110-Pla
		Versión	01
		Descripción	Procesos
		Fecha	10-02-2017
<p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</p>		Página 131 de 165	

4.2. MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y PARA USO ASISTENCIAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA

SEDES:
BARAHONA – SAN EDUARDO - IDEMA



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 132 de 165

PROGRAMA:

MANTENIMIENTO DE LA DOTACION

SEDE:

BARAHOA - SAN EDUARDO - IDEMA

AREA:

ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA

ANEXO 13

ITEM DEL PMH:

MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

N	ÁREA	DESCRIPCIÓN	CA NT	ACTIVIDAD	FRECUEN CIA	TIEMPO	RESPONSABL E
1	SECRETARIA DE GERENCIA - Sede: Barahoa	ARCHIVADORE EN MADERA	3	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
2	SECRETARIA DE SUBGERENCIA - Sede: Barahoa	ARCHIVADORE EN MADERA	2	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
3	CONTROL INTERNO - Sede: Barahoa	ARCHIVADORE EN MADERA	2	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
4	TRABAJO SOCIAL - SIAU - Sede: Barahoa	ARCHIVADORE EN MADERA	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas	Anual	Junio	Mantenimiento
5	RECURSOS HUMANOS - Sede: Barahoa	ARCHIVADORE EN MADERA	2	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
6	JURIDICA - Sede: Barahoa	ARCHIVADORE EN MADERA	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas	Anual	Junio	Mantenimiento
7	SISTEMAS - Sede: Barahoa	ARCHIVADORE EN MADERA	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas	Anual	Junio	Mantenimiento
8	ALMACEN - Sede: Barahoa	ARCHIVADORE EN MADERA	2	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
9	FARMACIA - Sede: Barahoa	ARCHIVADORE EN MADERA	2	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas	Anual	Junio	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 133 de 165

10	SALUD OCUPACIONAL - Sede: Barahoa	ARCHIVADO R EN MADERA	2	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas	Anual	Junio	Mantenimiento
11	RAYOS X - Sede: Barahoa	ARCHIVADO R EN MADERA	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas	Anual	Junio	Mantenimiento
12	COORDINACION LABORATORIO - Sede: Barahoa	ARCHIVADO R EN MADERA	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
13	COORDINACION ODONTOLOGIA - Sede: Barahoa	ARCHIVADO R EN MADERA	2	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
14	PROMOCION Y PREVENCION - Sede: Barahoa	ARCHIVADO R EN MADERA	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
15	HOSPITALIZACIÓN HABITACIÓN No. 1 - Sede: Barahoa	CAMAS METÁLICA	3	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
16	HOSPITALIZACIÓN HABITACIÓN No. 2 - Sede: Barahoa	CAMAS METÁLICA	3	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
17	HOSPITALIZACIÓN HABITACIÓN No.3 - Sede: Barahoa	CAMAS METÁLICA	3	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
18	HOSPITALIZACIÓN HABITACIÓN No. 4 - Sede: Barahoa	CAMAS METÁLICA	3	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de	Anual	Junio	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 134 de 165

				piezas de movimiento.			
19	HOSPITALIZACIÓN HABITACIÓN No. 5 - Sede: Barahoa	CAMAS METÁLICA	3	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
20	CONSULTORIO DE TRIAGE - Sede: Barahoa	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
21	INYECTOLOGIA - URGENCIA - Sede: Barahoa	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
22	CONSULTORIO No.1 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	CAMILLA METALICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
23	CONSULTORIO No.2 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	CAMILLA METALICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
24	CONSULTORIO No.3 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	CAMILLA METÁLICA	1	Pintara barandas, reemplaza de brandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
25	URGENCIAS - HABITACIÓN	CAMILLA METALICA	4	Pintada o reemplazo de	Anual	Junio	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 135 de 165

	N- Sede: Barahoa			barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.			
26	OBSERVACI ÓN MUJERES URGENCIAS - Sede: Barahoa	CAMILLAS METÁLICAS	6	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to
27	OBSERVACI ÓN HOMBRES URGENCIAS - Sede: Barahoa	CAMILLAS METÁLICAS	5	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to
28	SALA DE PROCEDIMI ENTOS - Sede: Barahoa	CAMILLAS METÁLICAS	4	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to
29	PATOLOGIA - Sede: Barahoa	CAMAS METÁLICA	6	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to
30	SALA PUERPERIO - Sede: Barahoa	CAMAS METÁLICAS	4	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to
31	SALA TRABAJO DE PARTO - Sede: Barahoa	CAMAS METÁLICAS	3	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



**PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 136 de 165

32	CONSULTORIO - MATERNIDAD -Sede: Barahoa	CAMILLA GINECOLÓGICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
33	PEDIATRIA 1 - Sede: Barahoa	CAMILLA METALICA	3	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
34	PEDIATRIA 2 - Sede: Barahoa	CAMILLA METALICA	3	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
35	PEDIATRIA 3 - Sede: Barahoa	CAMILLA METALICA	3	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
36	TERAPIA RESPIRATORIA - Sede: Barahoa	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
37	VACUNACIÓN - Sede: Barahoa	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
38	CONSULTORIO No.1 Consulta Externa - Sede: Barahoa	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de	Anual	Junio	Mantenimiento



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 137 de 165

				piezas de movimiento.			
39	CONSULTO RIO No.2 Consulta Externa - Sede: Barahoa	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
40	CONSULTO RIO No.3 Consulta Externa - Sede: Barahoa	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
41	CONSULTO RIO No.4 Consulta Externa - Sede: Barahoa	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
42	CONSULTO RIO No.5 Consulta Externa - Sede: Barahoa	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
43	CONSULTO RIO MEDICO No. 1 - Sede: San Eduardo	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
44	CONSULTO RIO MEDICO No. 2 - Sede: San Eduardo	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 138 de 165

45	CONSULTO RIO PRENATAL MEDICO No. 3 - Sede: San Eduardo	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
46	CONSULTO RIO MEDICO No. 4 - Sede: San Eduardo	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
47	CONSULTO RIO PLANIFICACION FAMILIAR No.5 - Sede: San Eduardo	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
48	CONSULTO RIO MEDICO No. 6 - Sede: San Eduardo	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
49	CONSULTO RIO MEDICO No. 7 - Sede: San Eduardo	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
50	CONSULTO RIO CITOLOGIA S - Sede: San Eduardo	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
51	CONSULTO RIO MEDICO No. 1 - Sede: Idema	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de	Anual	Junio	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 139 de 165

				piezas de movimiento.			
52	CONSULTO RIO MEDICO No.2 - Sede: Idema	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
53	CONSULTO RIO MEDICO No.3 - Sede: Idema	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
54	CONSULTO RIO MEDICO No.4 - Sede: Idema	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
55	CITOLOGIA S - Sede: Idema	CAMILLA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
56	SALA DE PUERPERIO - Sede: Barahoa	CUNA METÁLICA	3	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
57	PEDIATRIA - 1 - Sede: Barahoa	CUNA METÁLICA	2	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 140 de 165

58	PEDIATRIA - URGENCIA - Sede: Barahoa	CUNA METÁLICA	4	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to
59	HOSPITALIZ ACIÓN HABITACIÓ N No. 2 - Sede: Barahoa	CUNA METÁLICA	1	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to
60	HOSPITALIZ ACIÓN HABITACIÓ N No.4 - Sede: Barahoa	CUNA METÁLICA	4	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to
61	HOSPITALIZ ACIÓN HABITACIÓ N No. 5 - Sede: Barahoa	CUNA METÁLICA	4	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to
62	HABITACIÓ N No 6 - Sede: Barahoa	CUNA METÁLICA	4	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to
63	HOSPITALIZ ACIÓN - RECEPCIÓN - Sede: Barahoa	CARRO DE PARO	1	Pintara, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to
64	SALA DE EXPULSIVO - Sede: Barahoa	CARRO DE PARO	1	Pintara, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimien to
65	HOSPITALIZ ACIÓN - Sede: Barahoa	CARRO PORTA HISTORIA	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Anual	Junio	Mantenimien to

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 141 de 165

66	STAR DE ENFERMERIA - Sede: Barahoa	CARRO PORTA HISTORIA	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Anual	Junio	Mantenimiento
67	HOSPITALIZACIÓN - Sede: Barahoa	CARRO PORTA HISTORIA	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Anual	Junio	Mantenimiento
68	SALA DE EXPULSIVO - Sede: Barahoa	EQUIPOS DE PARTO	6	Pintada o reemplazo de barandas, tapizado, ajustes de piezas de movimiento.	Anual	Junio	Mantenimiento
69	GERENCIA - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
70	SECRETARIA DE GERENCIA - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
71	SUB GERENCIA - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
72	SECRETARIA DE SUBGERENCIA - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
73	CONTROL INTERNO - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 142 de 165

74	TRABAJO SOCIAL - SIAU - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
75	TRABAJO SOCIAL - SIAU - Sede: Barahoa	ESCRITORIO MODULAR	2	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
76	CENTRAL DE CITAS, SIAU - Sede: Barahoa	ESCRITORIO MODULAR	2	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
77	RECURSOS HUMANOS - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
78	RECURSOS HUMANOS - Sede: Barahoa	ESCRITORIO MODULAR	2	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
79	JURIDICA - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	2	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
80	PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - Sede: Barahoa	ESCRITORIO MODULAR	2	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
81	PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 143 de 165

				de perillas de gavetas.			
82	FACTURACI ÓN Y CARTERA - Sede: Barahoa	ESCRITORIO MODULAR	5	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
83	FACTURACI ÓN Y CARTERA - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
84	SISTEMAS - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	3	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
85	ALMACEN - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	2	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
86	FARMACIA - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	2	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
87	SALUD OCUPACIO NAL - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
88	RAYOS X - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	2	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
89	COORDINA CION LABORATOR	ESCRITORIO	2	Mantenimie nto, Pintura o	Anual	Junio	Mantenimien to

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 144 de 165

	IO - Sede: Barahoa			reparación en cambio de perillas de gavetas.			
90	LABORATORIO CLINICO - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	2	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
91	COORDINACION ODONTOLOGIA - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	3	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
92	PROMOCION Y PREVENCION - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
93	COORDINACION GRUPO EXTRAMURAL - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
94	VACUNACION - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	5	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
95	COORDINACION DE ENFERMERIA - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	2	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
96	CONSULTORIO No.1 Consulta Externa - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 145 de 165

97	CONSULTORIO No.2 Consulta Externa - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
98	CONSULTORIO No.3 Consulta Externa - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
99	CONSULTORIO No.4 Consulta Externa - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
100	CONSULTORIO No.5 Consulta Externa - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
101	CONSULTORIO MATERNIDAD - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
102	CONSULTORIO DE TRIAGE - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
103	CONSULTORIO No.1 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
104	CONSULTORIO No.2 - URGENCIAS	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación	Anual	Junio	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 146 de 165

	- Sede: Barahoa			en cambio de perillas de gavetas.			
105	CONSULTO RIO No.3 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
106	CONSULTO RIO ODONTOLO GICO - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
107	SALA DE CONSULTO RIO DE MATERNIDA D - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
108	SALA DE ESPERA MATERNIDA D - Sede: Barahoa	ESCRITORIO	1	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
109	CONSULTO RIO MEDICO No. 1 - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	1	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
110	CONSULTO RIO MEDICO No. 2 - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	1	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to
111	CONSULTO RIO PRENATAL MEDICO No. 3 - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	1	Mantenimie nto, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimien to

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 147 de 165

112	CONSULTORIO MEDICO No. 4 - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
113	CONSULTORIO PLANIFICACION FAMILIAR No.5 - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
114	CONSULTORIO MEDICO No. 6 - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
115	CONSULTORIO MEDICO No. 7 - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
116	CONSULTORIO CITOLOGIA S - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
117	CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
118	COORDINACION PROMOCION Y PREVENCION - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 148 de 165

119	LABORATORIO - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
120	SANEAMIENTO - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	6	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
121	ARCHIVO - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	2	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
122	CITAS Y ADMISIÓN - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	3	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
123	CAJA Y FACTURACIÓN - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	2	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
124	PORTERIA - Sede: San Eduardo	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
125	CONSULTORIO MEDICO No. 1 - Sede: Idema	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 149 de 165

126	CONSULTORIO MEDICO No.2 - Sede: Idema	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
127	CONSULTORIO MEDICO No.3 - Sede: Idema	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
128	CONSULTORIO MEDICO No.4 - Sede: Idema	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
129	CAJA Y FACTURACION- Sede: Idema	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
130	CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Sede: Idema	ESCRITORIO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
131	ARCHIVO - Sede: Idema	ESCRITORIO METALICO	15	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
132	PORTERIA HOSPITALIZACION - Sede: Barahoa	ESCRITORIO METALICO	1	Mantenimiento, Pintura o reparación en cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
133	JURIDICA - Sede: Barahoa	ESTANTES EN MADERA	1	Mantenimiento, Pintura o reparación	Anual	Junio	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 150 de 165

				en cambio de perillas de gavetas.			
134	ARCHIVO ADMINISTRATIVO - Sede: Barahoa	ESTANTES METÁLICOS	20	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Anual	Junio	Mantenimiento
135	ALMACÉN - Sede: Barahoa	ESTANTES METALICOS	25	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Anual	Junio	Mantenimiento
136	FARMACIA - Sede: Barahoa	ESTANTES METALICOS	15	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Anual	Junio	Mantenimiento
137	SISTEMAS - Sede: Barahoa	ESTANTES METALICOS	4	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Anual	Junio	Mantenimiento
138	MANTENIMIENTO - Sede: Barahoa	ESTANTES METÁLICOS	4	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Anual	Junio	Mantenimiento
139	ARCHIVO HISTORIA CLÍNICA - Sede: Barahoa	ESTANTES METÁLICOS	50	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Anual	Junio	Mantenimiento
140	COCINA - Sede: Barahoa	GABINETE	2	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
141	STAR DE ENFERMERIA DE URGENCIAS - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
142	SIAU - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
143	CONTROL INTERNO - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
144	JURIDICA - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 151 de 165

145	PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
146	FACTURACIÓN Y CARTERA - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	5	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
147	AUDITORIA MEDICA - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
148	LABORATORIO - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
149	LABORATORIO CLÍNICO - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED DE MADERA	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
150	ALMACEN - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
151	COORDINACION ODONTOLOGIA - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
152	ADMISION - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
153	CONSULTORIO No. 2 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
154	CONSULTORIO No. 4 CRECIMIENTO Y DESARROLLO ENFERMERA - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 152 de 165

155	CAJA - URGENCIAS - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
156	CONSULTORIO No. 1 ODONTOLOGÍA - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED DE 4 PUESTO	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
157	HOSPITALIZACIÓN - Sede: Barahoa	GABINETE DE PARED DE MADERA	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
158	URGENCIA - Sede: Barahoa	LOCKER ARCHIVADOR	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
159	LABORATORIO CLÍNICO - Sede: Barahoa	LOCKER ARCHIVADOR EN FORMICA	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
160	HOSPITALIZACIÓN - Sede: Barahoa	LOCKER ARCHIVADOR EN FORMICA DE 4 PUESTO	1	Pintura, reparación o cambio de perillas de gavetas.	Anual	Junio	Mantenimiento
161	CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
162	TERAPIA RESPIRATORIA - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
163	CONSULTORIO No.1 Consulta Externa - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
164	CONSULTORIO No.2 Consulta Externa - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 153 de 165

165	CONSULTORIO No.3 Consulta Externa - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
166	CONSULTORIO No.4 Consulta Externa - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
167	CONSULTORIO No.5 Consulta Externa - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
168	CONSULTORIO No.1 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
169	CONSULTORIO No.2 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
170	CONSULTORIO No.3 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
171	CONSULTORIO No.1 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
172	CONSULTORIO No.2 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
173	CONSULTORIO No.3 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
174	AUDITORIO - Sede: Barahoa	MESA AUXILIAR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 154 de 165

175	SALA PROCEDIMIENTO - Sede: Barahoa	MESA DE CURACIONES	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
176	SALA PROCEDIMIENTO - Sede: San Eduardo	MESA DE CURACIONES	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
177	OFICINA DEL PAI - Sede: Barahoa	MUEBLE MADERA ARCHIVADOR	1	Mantenimiento, Pintura, reparación y ajuste	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
178	SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA - Sede: Barahoa	SILLA DE RUEDAS	1	Lubricación, ajustes de ruedas, reemplazo del espaldar y donde se sienta el paciente.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
179	STAR DE ENFERMERIA URGENCIAS - Sede: Barahoa	SILLA DE RUEDAS	2	Lubricación, ajustes de ruedas, reemplazo del espaldar y donde se sienta el paciente.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
180	GERENCIA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMICA	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
181	SECRETARIA DE GERENCIA - Sede: Barahoa	SILLA DE ESPERA	6	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
182	SECRETARIA DE GERENCIA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMICA	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
183	SECRETARIA DE GERENCIA - Sede: Barahoa	SILLA DE ESPERA	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
184	SUBGERENCIA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMICA	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 155 de 165

185	SUBGERENCIA - Sede: Barahoa	SILLA DE ESPERA	3	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
186	SECRETARIA DE SUBGERENCIA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMICA	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
187	SUBGERENCIA - Sede: Barahoa	SILLA DE ESPERA	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
188	CONTROL INTERNO - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMICA	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
189	TRABAJO SOCIAL - SIAU - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
190	CENTRAL DE CITAS- SIAU - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	5	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
191	RECURSOS HUMANOS - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	3	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
192	JURIDICA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
193	PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	3	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
194	FACTURACION Y CARTERA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	7	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
195	SISTEMAS - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 156 de 165

				.cambio de rodachines.			
196	ALMACEN - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMICA	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimiento
197	FARMACIA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMICA	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimiento
198	SALUD OCUPACIONAL - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMICA	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimiento
199	RAYOS X - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMICA	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimiento
200	COORDINACION LABORATORIO - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimiento
201	COORDINACION ODONTOLOGIA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimiento
202	COORDINACION DE ENFERMERIA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimiento
203	PROMOCION Y PREVENCION - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimiento
204	COORDINACION DE GRUPO ODONTOLOGIA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimiento
205	CONSULTORIO DE TRIAGE -	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 157 de 165

	Sede: Barahoa			.cambio de rodachines.			
206	VACUNACI ÓN - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	6	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimien to
207	CONSULTO RIO No.1 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimien to
208	CONSULTO RIO No.2 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimien to
209	CONSULTO RIO No.3 - URGENCIAS - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimien to
210	CONSULTO RIO - MATERNIDA D -Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimien to
211	CONSULTO RIO ODONTOLO GICO - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimien to
212	CONSULTO RIO No.2 Consulta Externa - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimien to
213	CONSULTO RIO No.3 Consulta Externa - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimien to
214	CONSULTO RIO No.4 Consulta Externa - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abri y Octubre	Mantenimien to

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 158 de 165

215	CONSULTORIO No.5 Consulta Externa - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMICA	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
216	STAR DE URGENCIAS - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMICA	3	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
217	STAR DE HOSPITALIZACIÓN - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMICA	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
218	STAR DE PEDIATRÍA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
219	ADMISSION - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
220	CAJA DE URGENCIA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
221	CAJA CONSULTA EXTERNA - Sede: Barahoa	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
222	CONSULTORIO MEDICO No. 1 - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
223	CONSULTORIO MEDICO No. 2 - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
224	CONSULTORIO PRENATAL MEDICO No. 3 -	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 159 de 165

	Sede: San Eduardo						
225	CONSULTO RIO MEDICO No. 4 - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
226	CONSULTO RIO PLANIFICACION FAMILIAR No.5 - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
227	CONSULTO RIO MEDICO No. 6 - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
228	CONSULTO RIO MEDICO No. 7 - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
229	CONSULTO RIO CITOLOGIA S - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMIC A	1	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
230	CONSULTO RIO ODONTOLOGICO - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
231	COORDINACION PROMOCION Y PREVENCION - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
232	LABORATORIO - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 160 de 165

				.cambio de rodachines.			
233	SANEAMIENTO - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMICA	6	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
234	ARCHIVO - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMICA	3	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
235	CITAS Y ADMISSION - Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMICA	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
236	CAJA Y FACTURACION- Sede: San Eduardo	SILLA ERGONOMIC A	3	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
237	CONSULTORIO MEDICO No. 1 - Sede: Idema	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
238	CONSULTORIO MEDICO No.2 - Sede: Idema	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
239	CONSULTORIO MEDICO No.3 - Sede: Idema	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
240	CONSULTORIO MEDICO No.4 - Sede: Idema	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
241	CAJA Y FACTURACION- Sede: Idema	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento
242	CONSULTORIO ODONTOLOGICO -	SILLA ERGONOMIC A	2	Lubricación, ajustes de espaldar .cambio de rodachines.	Semestral	Abril y Octubre	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 161 de 165

	Sede: Idema						
243	AUDITORIO - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	30	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
244	SANEAMIENTO - Sede: San Idema	SILLAS RIMAX	15	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
245	SALA DE ESPERA URGENCIA - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	20	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
246	SALA DE ESPERA CONSULTA EXT - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	20	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
247	SALA DE ESPERA - Sede: San Eduardo	SILLAS RIMAX	20	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
248	SALA DE ESPERA - Sede: San Idema	SILLAS RIMAX	10	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
249	SALA DE ESPERA SIAU - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	10	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
250	SALA DE ESPERA ODONTOLOGIA - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	10	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
251	SALA ESPERA LABORATORIO - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	10	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
252	SALA DE ESPERA RX - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	10	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
253	ODONTOLOGIA - Sede: San Idema	SILLAS RIMAX	6	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
254	SALUD OCUPACIONAL - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	3	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Página 162 de 165

255	COCINA - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	8	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
256	COCINA - Sede: San Eduardo	SILLAS RIMAX	6	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
257	COCINA - Sede: Idema	SILLAS RIMAX	4	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
258	ALMACEN - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	3	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
259	RECURSOS HUMANOS - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	2	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
260	SIAU - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	2	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
261	MANTENIMIENTO - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	3	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
262	CONSULTORIO 1 URGENCIA - Sede: Barahoa	SILLAS RIMAX	2	Mantenimiento y lavado	Anual	Junio	Mantenimiento
263	STAR HOSPITALIZACION - Sede: Barahoa	VITRINA	1	Pintura, reparación o cambio de partes	Anual	Junio	Mantenimiento
264	URGENCIA - Sede: Barahoa	VITRINA	1	Pintura, reparación o cambio de partes	Anual	Abri y Octubre	Mantenimiento
265	LABORATORIO - Sede: Barahoa	VITRINA	1	Pintura, reparación o cambio de partes	Anual	Abri y Octubre	Mantenimiento
266	STAR DE ENFERMERIA - A - Sede: Barahoa	VITRINA METALICA	1	Pintura, reparación o cambio de partes	Anual	Abri y Octubre	Mantenimiento
267	MANTENIMIENTO - Sede: Barahoa	VITRINA METALICA	1	Pintura, reparación o cambio de partes	Anual	Abri y Octubre	Mantenimiento



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Código	PMH-110-Pla
Versión	01
Descripción	Procesos
Fecha	10-02-2017

Página 163 de 165

268	FARMACIA - Sede: Barahona	VITRINA METALICA GRANDE	1	Pintura, reparación o cambio de partes	Anual	Abril y Octubre	Mantenimien to
Elaborado:	LISNEY SUMALAVE GARCIA			Fecha Inicio: 1 ENERO 2024	Vigencia:	Revisión:	
Subgerente Administrativo					Un año	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
Aprobado:	SAÚL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ			Fecha Terminación: 31 DIC 2024			
Gerente ESE							

Salud, calidad y servicio con excelencia

Sede principal: Carrera 7^a No. 2-160 Teléfono: 3104531126 Aguachica - Cesar
www.hospitallocalaguachica.gov.co sgerencia@hospitallocalaguachica.gov.co





PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Página 164 de 165	

CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para la vigencia 2024 la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, desarrollará un plan de acción, en cumplimiento con la programación de actividades coordinadas por el líder del área de mantenimiento de la ESE, en atención al Plan de Mantenimiento Hospitalario establecido, permitiendo orientar la logística requerida para el mantenimiento preventivo y correctivo necesario y solicitado por las diferentes áreas, en relación con el inventario asignado de equipos, bienes muebles y demás equipos tecnológicos esenciales para la ejecución de actividades propias de su cargo. Es necesario tener en cuenta, que, para el mantenimiento del área física, se debe hacer una solicitud por escrito al encargado de Mantenimiento de infraestructura, de dotación y muebles de uso administrativo y asistencial. Cuya solicitud puede hacerla la persona que detecte la falla bien o quien sea el encargado del área o la oficina de administración.

Ante la organización, formulación y planteamiento del Plan de Mantenimiento Hospitalario de la ESE Hospital Local de Aguachica, para la vigencia 2024, se tuvieron en cuenta los aspectos legales y de gestión pertinente, a fin de cumplir con las especificaciones relacionadas con el sector de la salud en Colombia; partiendo de la identificación de la infraestructura de la ESE, desde su descripción, enfoque y plan estratégico, permitiendo evidenciar su estado actual y el entorno de su operación, lo cual lleva a determinar las medidas de intervención necesarias para que la funcionabilidad de la entidad, en atención a su estructura física, instalaciones, redes, equipos biomédica, elementos asistenciales y administrativos, además de los equipos de comunicación, requeridos para el desarrollo de la prestación del servicio de salud de primer nivel de atención, evaluado bajo parámetros de calidad, eficiencia y oportunidad.



PLANEACIÓN ESTRÁTÉGICA	Código	PMH-110-Pla
	Versión	01
	Descripción	Procesos
	Fecha	10-02-2017
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		Página 165 de 165

Por todo lo anterior, se llevó a justificar el Plan de Mantenimiento Hospitalario de la ESE Hospital Local de Aguachica, bajo los lineamientos de objetivos precisos, metas alcanzables y estrategias aplicables a los recursos disponibles, en ejecución de las diversas clases de mantenimiento requerido, según la necesidad del área en estudio, análisis y evaluación, para su correcta aplicación con resultados exitosos.

Es por ello, que la metodología a implementar en ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario de la ESE Hospital Local de Aguachica para la vigencia 2024, se fundamenta en las condiciones de operación encontradas, la cuales se consideran en atención al contexto operacional y las intervenciones que sean necesarias a lo largo del proceso, por parte de los miembros que conforman el equipo de mantenimiento hospitalario, en apoyo con sus herramientas y accesorias o capacitaciones requeridas por profesionales especialistas del área o situación a profundizar, según la actividad que se encuentre realizando, buscando el beneficio institucional de operar de forma óptima y responsable, al momento de efectuar el mantenimiento requerido, ya sea general, correctivo, preventivo, predictivo, proactivo o productivo total, en direccionamiento del enriquecimiento gerencial y beneficio social, al conformar día a día, una entidad que opere en fortalecimiento de su actividad principal, complementando su política institucional.